

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr.21387436/ ocds-b3wdp1-MD-1743003236181					Data: 14 APRILIE 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2025						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	2	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Masters, 27MJ-501; 29MJ-501, 31MJ-501	USA	ST.JUDE MED / ABBOTT MED	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	Valva mecanica Mitrala: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea 85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate. Marimele: N 27, N29, N31 Manjetă standart. documente tehnice se anexeaza.	DM000415264 DM000415265 DM000415266

	Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;
	Ofertantul: GBG-MLD SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;