

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1616415132197	Data: 1 apr 2021, 9:00 - 14 apr 2021, 9:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2021	Lot: 3,4,5,6	Pagina: 1 din 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3	50421000-2	3.Servicii de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-Q165, Olympus	-	-	-	Videogastroscoap cu un canal “Olympus GIF-Q165L, s/n:2103677” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Videogastroscoap cu un canal “Olympus GIF-Q165L, s/n:2103677” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	CE/ISO
4	50421000-2	4.Servicii de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-H185, Olympus	-	-	-	Video gastroscoap cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400762” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor . Termen de garanție a lucrărilor efectuate	Video gastroscoap cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400762” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor . Termen de garanție a lucrărilor efectuate	CE/ISO

						minim 6 luni.	minim 6 luni.	
5	50421 000-2	5.Servicii de reparație și ajustare a video gastrosopului GIF- 2TH180, Olympus	-	-	-	Videogastrosop cu două canale “Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera Piesele necesare pentru înlăturarea defectelor . Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Videogastrosop cu două canale “Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera Piesele necesare pentru înlăturarea defectelor . Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	CE/ISO
6	50421 000-2	6. Servicii de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-H185L, Olympus	-	-	-	Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400347” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; Piesele necesare pentru înlăturarea defectelor. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400347” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; Piesele necesare pentru înlăturarea defectelor. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**