

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1670319613146

Denumirea procedurii de achiziție: Meia valoare Instalatii pentru lampi bactericide pentru anul 2023

Autoritatea contractanta : IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
31515000-9	1,1	Instalatii pentru lampi Ultraviolete	EKRAN Jalousie 30	Ucraina	Bactosfera	Instalații pentru lămpi Ultraviolete (UV-C) ecranate, cu ”Jaluzele”, fixarea pe perete, fără ventilator, ce funcționează în prezența persoanelor: -Nu elimina Ozon -Lungime de undă 254nm -Puterea lampii(UV-C) 30Watts -Pentru rețeaua electrică 220V și 50Hz -Termin de garanție nu mai mic de 24 luni	Instalații pentru lămpi Ultraviolete (UV-C) ecranate, cu ”Jaluzele”, fixarea pe perete, fără ventilator, ce funcționează în prezența persoanelor: -Nu elimina Ozon -Lungime de undă 254nm -Puterea lampii(UV-C) 30Watts -Pentru rețeaua electrică 220V și 50Hz -Termin de garanție nu mai mic de 24 luni	CE,ISO, Declarație de conformitate
31515000-9	1,2	Lămpi cu ultraviolete	BS 30W T8/G13-fără ozon	Ungaria	Lighttech Lamp Technolog Ltd	Lămpi Ultraviolete (UV-C) ce funcționează în prezența persoanelor; nu elimină Ozon; lungimea de undă 254 nm; puterea lampii (UV-C) 30 Watts; pentru rețeaua electrică 220V și 50Hz.	Lămpi Ultraviolete (UV-C) ce funcționează în prezența persoanelor; nu elimină Ozon; lungimea de undă 254 nm; puterea lampii (UV-C) 30 Watts; pentru rețeaua electrică 220V și 50Hz.	

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova