

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1719582664708 din 19.08.2024					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
8	Aspirator toracal	SUPER-VEGA SUCTION ASPIRATOR 1 liter jar (28211) + filtre	Italia	Gima S.p.A.	Aspirator toracal Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg Indicator de presiune obligatoriu Debitul de aer ≥ 30 l/min Nivelul de zgomot < 65 dB Vas colector Protecție la umplere obligatoriu Capacitatea ≥ 1000 ml Reutilizabil obligatoriu Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit"	Aspirator toracal , Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg, DA, oferit 600mmHg Indicator de presiune obligatoriu, DA Debitul de aer ≥ 30 l/min DA, oferit 40L/min Nivelul de zgomot < 65 dB, DA Vas colector Protecție la umplere obligatoriu, DA Capacitatea ≥ 1000 ml, DA Reutilizabil obligatoriu, DA Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu, DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz, DA Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit", DA Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit", DA Vezi pag.1 din catalogul cu numarul lotului corespuzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000149356	DM000149356
9	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330	Gima Aspirator Super Vega Battery on Trolley (28193) + filtre	Italia	Gima S.p.A.	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul "1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)"	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg, DA Rata de flux, l/min. ≥ 36, DA Reglator aspirație obligatoriu, DA Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA, DA Vas colector Material excepție sticla, DA Numărul "1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)", DA Capacitatea, L ≥ 2 L , DA Protecție la umplere obligatoriu, DA Vas tip reutilizabil obligatoriu, DA Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roti, DA Roti cu frina da, ≥ 2 buc., DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz, DA Baterie internă reutilizabilă obligatoriu, DA Timp operare > 1 h, DA Accesorii Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Vezi pag.1 din catalogul cu numarul lotului corespuzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000579025	DM000579025

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1719582664708		din 19.08.2024			
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
19	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	GIMA Pegaso cîntar electronic cu taliometru 27288	Italia	Gima S.p.A.	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg, DA, 200kg. Precizie ≤ 100 gr, DA, 100gr. Pornirea/Închiderea Automată, DA. Ecran LCD ≥ 65x25 mm, DA, ~123x37mm. Alimentare rețea 220V, 50Hz, DA. Autocalibrare obligatoriu, DA. Taliometru da, 200 cm, DA. Vezi pag.10 din catalogul cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000147844	DM000147844
22	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500	INFUSOMAT® COMPACT PLUS, 8717050	Germania	B.Braun Melsungen	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD, posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nielul de ocluzie; Evenimente ≥ 1000; Istoria; Data, ora; Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml; Rata fluxului diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h ; Setarea prin incrementare începind cu 0.1 ml; Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h; Acuratețea infuziei ≤ 5 %; Funcția bolus obligatoriu; Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1000 ml/h; Selectarea volumului infuzat obligatoriu; Selectarea ratei de infuzie obligatoriu; Calcularea dozei/medicament obligatoriu; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu; Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 4 nivele; Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu; Blocarea panoului de control obligatoriu Alarmă sonoră obligatoriu; Alarmă vizuală obligatoriu; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu; Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu; Nivelul presiunei de ocluzie obligatoriu; Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu; Bula de aer obligatoriu; Eroare de sistem obligatoriu; Set decuplat obligatoriu; Rezervor gol obligatoriu; Ușă deschisă obligatoriu; Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu; Infuzia completă obligatoriu; Baterie descărcată obligatoriu; alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu; Baterie încorporată obligatoriu; Durata de operare autonomă ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h; Accesorii; Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD. Da.Culoare matrice activă 2.4" TFT, 240x320 pixeli, 262k culori. Broșura Compact Plus. Pag.7. posibilitatea de ajustare a luminozității. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Luminozitate. Pag.20. Alarmer. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Rata. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Volum infuzat. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Timpul infuzat. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Rata KVO. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Nivelul de încărcare a bateriei. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Nielul de ocluzie. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 37-38. Evenimente ≥ 1000. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Protocol istoric. Pag. 49. Istoria. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Protocol istoric. Pag. 49. Data, ora. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Protocol istoric. Pag. 49. Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Da. Instrucțiuni de Utilizare: Presetlectare volum. Pag. 49. Rata fluxului diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h Da. Instrucțiuni de Utilizare: Trepte ale vitezei de administrare. Pag. 49. Setarea prin incrementare începind cu 0.1 ml. Da. 0,01 ml/h. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmer. Pag. 49. Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Viteză KVO. Pag. 49. Acuratețea infuziei ≤ 5 %. Da. ±5% conform IEC/EN 60601-2-24. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Precizie de admin. Pag. 49. Funcția bolus obligatoriu. Da. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Administrare în bolus. Pag. 31. Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1000 ml/h. Da. Max.1200 ml/h. Viteza prestabilă 800ml/h. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 31, 49. Selectarea volumului infuzat obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 21. Selectarea ratei de infuzie obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 21. Calcularea dozei/medicament obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 21. Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 29. Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23. Da. IP34. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 46. Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 4 nivele. Da. 9 nivele. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 21. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu. Da. Air-Stop. Broșura Compact Plus. Pag. 4. Instrucțiuni de Utilizare: Pag.28. Blocarea panoului de control obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 26. Alarmă sonoră obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 16. Alarmă vizuală obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 16. Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Fixarea pe rampă. Pag. 16. Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Presiunea. Pag. 38. Nivelul presiunei de ocluzie obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 8. Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 8. Bula de aer obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 39. Eroare de sistem obligatoriu. Da. Service Manual. Pag.2. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 48. Set decuplat obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Eroare de calibrare. Pag. 39. Rezervor gol obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Alarmă de presiune în amonte Pag. 39. Ușă deschisă obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Ușiță pompă deschisă. Pag. 39. Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Infuzia completă obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Volumul țintă atins. Pag. 38. Baterie descărcată obligatoriu. Da. Prealarma acumulator apropiare gol. Alarma. Acumulator gol. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 38. Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 47. Baterie încorporată obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 47. Durata de operare autonomă ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h. Da. 10h. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Pag. 47. Accesorii Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu. Da. Instrucțiuni de Utilizare: Clema pentru bare încorporată. Pag. 16.. Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit. Da. 200 buc. pentru fiecare pompă procurată. Infusomat® plus SafeSet Lines PVC * 240 /150 17.3 Ref.8700200 B.Braun. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000617741	DM000617741

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**