

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770281506877						Data: 09/03/2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026-suplimentar 2							Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	5	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG/USG 250ml N1 (Codul produsului:KAF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml; 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. ,Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM0003680 50
33100000-1	25	Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron	Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron	Set seringă 200ml compatibil Medtron (Codul produsului:HK-10016)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Set Colbe (ref. 316025 Medtron sau echivalentul) și linii (ref. 317100 sau echivalentul) compatibile cu utilajul aflat în dotare tip Medtron	Set Colbe (ref. 316025 Medtron sau echivalentul) și linii (ref. 317100 sau echivalentul) compatibile cu utilajul aflat în dotare tip Medtron Conform TDS. Facturare N1	DM0006769 64
33100000-1	44	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Mustuc cu turbina pentru spirometrul MIR N60 (Codul produsului:9100 04)	Italia	MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH S.P.A	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată Conform TDS. Facturare N60	DM0006775 35
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							