

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1610526667942 (21033924) Data: 22,04,201

Denumirea licitației: Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000	1	Combeinoane de protecție (protecție medie)				1. Material: neșesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3.		
33100000	2	Combeinoane de protecție (protecție înaltă pentru secții				1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe		
33100000	3	Măști medicale	MS001-4	Turcia	Submed	Material neșesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii Filtrarea bacteriilor (BFE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare pînă la 100buc, nesterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTM F2100, sau EN 14683, sau un standard echivalent.* Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică.	Material neșesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii Filtrarea bacteriilor (BFE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare pînă la 100buc, nesterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTM F2100, sau EN 14683, sau un standard echivalent.* Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică.	CE, ISO
33100000	4	Ochelari de protecție				incolori, sa fie etanși cu protecție laterala și frontala, sa poata fi purtați peste ochelari de vedere, fără părți metalice, să fie din policarbonat, cu vizor plat și ramă din plastic moale, rama să fie monobloc cu protecție laterală, părțile laterale să fie transparente, vederea laterală să nu fie afectată. Lentilele transparente din		
33100000	5	Respiratoare	ERA 1200, FFP2	Turcia	Submed/Basaran	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă . Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a) . De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internationale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.* Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cusemnătura electronic.	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă . Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a) . De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internationale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.* Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cusemnătura electronic.	CE, ISO

33100000	6	Viziere (Ecrane de protecție)				vizierea de protecție va fi fabricata din material rezistent care poate fi curățit și dezinfectat cu soluție de alcool de min. 70 %. Va fi concepută astfel încât distanța de la față la ecran să asigure o		
33100000	7	Mănuși nitril (M,L,XL)				Mănuși pentru examinare, nesterile, nitril, nepudrate, Mărimea disponibile (M,L,XL). Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: EN 455 sau EN374 sau		
33100000	8	Mănuși latex (M,L, XL)	23,07000, 23,07001, Beybi	Turcia/ Malaysia	Top Glove/Beybi	Mănuși pentru examinare, nesterile, latex, cu pudră, Mărimea disponibile (M,L, XL). Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS EN 455 sau EN 374 sau ASTM D6319 sau standarde echivalente cu prezentarea documentelor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu șsemnătura electronică* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. a participantului.	Mănuși pentru examinare, nesterile, latex, cu pudră, Mărimea disponibile (M,L, XL). Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS EN 455 sau EN 374 sau ASTM D6319 sau standarde echivalente cu prezentarea documentelor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu șsemnătura electronică* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. a participantului.	CE, ISO

Semnat

Diana Tutunaru jurist

IM Natusana SRL

or. Codru, str. M. Eminescu 31

