

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1771572973076 din 23.03.2026						
Obiectul de achiziție: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
128. Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile	LQ122L-300ml	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
129. Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile	LQ510L-300ml	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
130. Fluid A, ambalaj 300ml ,steril perforabile	LQ121L-300ML	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
131. Tioglicolat Flud mediu, ambalaj 100ml steril	LQ026-100ml	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
132. Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril	LQ027-100ml	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
133. Tryptic Soy Agar (TSA)	M290-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
134. Tryptone soya broth (TSB)	M011-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

136. Sabouraud Dextrose Agar cu Chloramphenicol	M1067-100G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
138. MacConkey Agar	MH081-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
139. MacConkey Broth	MH083-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
142. TSI Triple Sugar Iron (TSI) agar, Ph. Eur	M021-100G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Mediu deshidratat. Mediul diferențial utilizat pentru diferențierea bacteriilor pe baza fermentării carbohidraților și a producției de sulfid de hidrogen conform PH Eur. 2.6.13 Certificat de conformitate , ce confirmă sterilitatea Certificate ce confirmă sterilitatea recipientelor ambalate individual	Mediu deshidratat. Mediul diferențial utilizat pentru diferențierea bacteriilor pe baza fermentării carbohidraților și a producției de sulfid de hidrogen conform PH Eur. 2.6.13 Certificat de conformitate , ce confirmă sterilitatea Certificate ce confirmă sterilitatea recipientelor ambalate individual. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
143. Eosin Methylene Blue (EMB) Agar Levine	M022-100G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Mediu selectiv și diferențial pentru izolarea și diferențierea bacteriilor enterice Gram-negative inclusi E.coli Certificate de conformitate Certificat de producător ce indică termenul de valabilitate stabilitate a mediului preparat	Mediu selectiv și diferențial pentru izolarea și diferențierea bacteriilor enterice Gram-negative inclusi E.coli Certificate de conformitate Certificat de producător ce indică termenul de valabilitate stabilitate a mediului preparat. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
144. Columbia Agar with 5% Sheep Blood	1190PD90	Polonia	Graso Zenon Sobiecki	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
146. Rappaport- Vassiliadis Broth	MH1491-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
147. Violet Red Bile Glucose Agar	MH581-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

148. EE Broth- Mossel	M287-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
149. Oxidase Discs	DD018	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
150. Buffere Sodium Chloride	MH1275-500g	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 6 luni	Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 6 luni. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
155. pH 4,01Soluție tampon la 25°C	ML061-500ML	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
156. pH 6,86 sau 7.00 Soluție tampon la 25°C	ML062-500ML	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
158. Antibiotic Assay Medium A	ME004-100G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.	Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
159. R2A Medium	MAP962-500G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformit Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătite. Ambalaj flacon 5x 0,1kg	Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformit Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătite. <b>Ambalaj de la producător - 1 flacon x 0,5kg. Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO, Autorizație
160. LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	R12003PK	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 6 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015
161. LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	R15003PK	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 ,LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 ,LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 6 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015

162. Standard endotoxine CSE 5 m	E120	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 6 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015
163. Apa LAL apirogena 50ml	W120	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, apă apirogenă 50 ml flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, apă apirogenă 50 ml flacoane ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 12 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015
164. 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethyl} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane)	BC1000	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 6 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015
165. M Tris base solution( tris {hydroxymethyl} aminomethane, endotoxin, free	BT101	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene. Ambalaj set = 6 flacoane. Certificat de calitate pe lot. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Certificat ISO 9001:2015
182. Staphylococcus aureus ATCC 6538	MM46-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
183. Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	MM15-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
184. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	MM40-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
185. Bacillus subtilis ATCC 6633	MM29-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
187. E.Coli ATCC 8739	MM38-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
188. C.albicans ATCC 10231	MM42-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
189. Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763	MM50-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
190. Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	MM94-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

191. Clostridium sporogenes ATCC 19404	MM31-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
194. Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028	MM11-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
213. Eprubete cu tamponare sterile de o singură folosință cu bețisor dlemln	323150	Italia	SYNTESYS S.R.L	Pentru colectarea analizelor de pe suprafețe (lavaje). Cu certificat de calitate, conformității. Sterile cu termen de valabilitate minimum 2 ani.	Pentru colectarea analizelor de pe suprafețe (lavaje). Cu certificat de calitate, conformității. Sterile cu termen de valabilitate minimum 2 ani.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
214. Pipete sterile microbiologice 10ml	323265	Italia	SYNTESYS S.R.L	Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certificate de calitate/conformitate Certificate de calibrare	Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certificate de calitate/conformitate Certificate de calibrare	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
215. Pipete sterile microbiologice 1,0 ml	323205	Italia	SYNTESYS S.R.L	Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certificate de calitate/conformitate Certificate de calibrare	Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certificate de calitate/conformitate Certificate de calibrare	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
233. Set colorare după Gram	8.17.009.1000	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. <b>Instrucțiunea se anexează.</b>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9