

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:21061899			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1660818598501					Data: „28” Octombrie 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023					Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3		5	6		8	
33100 000-1	1,1	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Cupă diferite dimensiuni	Bipolar Cup CoCrMo 166.5700-166.5620	Turcia	Hipokrat	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau echivalentul său; - Diametre exterioare între 42 si 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafața exterioara lustruita; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării .	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de CoCrMo; - Diametre exterioare între 36 si 60 mm cu increment de 1 mm; - Suprafața exterioara lustruita; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 22, 26 si 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării .	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,2	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Cap diferite dimensiuni	Modular Head for Total Hip Prosthesis 12/14 CoCrMo 171.0101-172.4205	Turcia	Hipokrat	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau echivalentul său ; - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo; disponibil in 5 dimensiuni ale colului - prezinte variante de diametru exterior de 22, 26, 28, 32, 36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,3	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni	Hola Hip Prosthesis Uncemented Porous Coated (Ha) 12/14 Titanium 050.0131-050.0191	Turcia	Hipokrat	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tijă cu forma conica ; Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același intrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; 11 tipodimensiuni; - Tijă cu forma conica ; Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același intrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,4	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni	Hola Hip Prosthesis Cemented CoCrMo 050.0121-050.0249	Turcia	Hipokrat	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același intrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCrMo; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; 9 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același intrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,5	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Restrictor pentru canal femoral	Bone Plug UHMW-PE 099.0100-099.1500	Turcia	Hipokrat	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,6	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Set de instrumente gratis în folosiță	HOLA HIP PR.CEMENTED / UNCEMENTED COMPLETE INSTRUMENTS SET 050.0000 +BIPOLAR CUP COMPLETE INSTRUMENT SET 167.0000	Turcia	Hipokrat	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	CE, DOC, ISO
33100 000-1	1,7	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Motor oscilant	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Motor oscilant gratis în folosiță 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosiță 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO

33100 000-1	1, 8	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Lame pentru motor oscilant	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,1	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	TIJA	Hola Hip Prosthesis Uncemented Porous Coated (Ha) 12/14 Titanium / Hola Lateralized Hip Prosthesis Uncemented Porous Coated (Ha) 12/14 Titanium 050.0131 - 050.0191	Turcia	Hipokrat	TIJA Confectionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fără coleret; Să prezinte variante de offset standard și lateralizat; Minim 10 tipodimensiuni pentru fiecare variantă; Con 12/14 mm; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	TIJA Confectionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fără coleret; prezintă variante de offset standard și lateralizat; 11 tipodimensiuni pentru fiecare variantă; Con 12/14 mm; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,2	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	CUPA	Acetabular Cup Uncemented Porous Coated (Tips+Ha) Titanium 077.1600- 077.2805 + 2 Cancellous Screw Titanium ø6.5 x 15mm 091.1300- 091.2300	Turcia	Hipokrat	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperită cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente în minim 10 dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrată, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperită cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente în 14 dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrată, 11 dimensiuni de lungime; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,3	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	INSERT	High Cross Linked Protruded Liner for Acetabular Cup UHMW- PE / Cross Linked 101.0700 - 101.0823	Turcia	Hipokrat	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkată; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkată; Diametre pentru 14 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 26,28, 32, 36 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,4	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	CAP	Modular Head for Total Hip Prosthesis 12/14 CoCrMo 171.0101- 172.4205	Turcia	Hipokrat	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 26, 28, 32, 36 mm; Con 12/14 mm; 5 dimensiuni de lungime; steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,5	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	Set de instrumente gratuit în folosință	HOLA HIP PR.CEMENTED / UNCEMENTED COMPLETE INSTRUMENTS SET 050.0000 +POROSCOAT ACETABULAR CUP COMPLETE INSTRUMENT SET 078.0000	Turcia	Hipokrat	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,6	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	Motor oscilant gratis în folosință	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO
33100 000-1	3,7	Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	Lamele pentru motor	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO

33100 000-1	7,1	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	Femoral component D8022110E - D8022510E D8022120E - D8022520E	Spania	Surgival	Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și inserțul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra pateleii - Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130° - Dimensiunile de tibie și femur sa poata fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta femurală -confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - prezinte congruență între raza condililor femurali și inserțul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra pateleii - Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130° - Dimensiunile de tibie și femur sa poata fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,2	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibiala	Tibial component D8032100E - D8032500E	Spania	Surgival	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea inserțului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tijei de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta tibiala - confectionata din aliaj Titan; - universala - Componenta tibiala prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea inserțului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere - Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tijei de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,3	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Augmente tibiale	Tibial augments D8032710E - D8032750E	Spania	Surgival	Augmente tibiale Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile in minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie să se facă cu șurub sau implantabile cimentat STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Augmente tibiale Sa fie confectionate din aliaj de titan - Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile in minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie să se facă cu șurub sau implantabile cimentat STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,4	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Tija de extensie	Extension stem D8025101E - D8025301E	Spania	Surgival	Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard -Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială -Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard -Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	Tibial Insert D8051100E- D8045160E	Spania	Surgival	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO

33100 000-1	7,6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	Patela D8030140E - D8030180E	Spania	Surgival	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleeare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleeare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	Instrument set D8610000 (D8603300)	Spania	Surgival	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,8	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO
33100 000-1	7,9	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	NS-1011	RPC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant AMDM DM000304723	CE, DOC, ISO
33100 000-1	9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	Orcem 1G 40gr	Franta	Technimed SAS	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Contine oxid de sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Este ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Contine Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	CE, DOC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica
În calitate de: Administrator Ofertantul: Aelo Grup
Adresa: Mun.Chisinau, str. Petru Movila 23/5, ap (of) 3