

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1785823974609/21663025					Data: „21” august 2026	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 33)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
3310 0000-1	1	Lot nr. 1 Ultrasonograf General cardiac Vascular performanță înaltă	Ultrasonograf General, OB-GYN	Consona N8	China	Mindray	Ultrasonograf General, OB-GYN Specificația PROBE PORTURI ≥4 CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1, Opțional Linear: Aplicații clinice minime: părți moi / organe mici / structuri superficiale (inclusiv aplicații/ preseturi dedicate pentru tiroidă și glandă mamară) Diapazon minim: 5-12 Mhz Nr de elemente: ≥ 192 elemente pentru SingleCrystal/Matricial/Composite sau minim 256 pentru Piezoceramic (cu soft de îmbunătățire imagine) Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 38 mm Tip sonde, tehnologie: SingleCrystal/ Matrix/ Composite/Multi layer Posibilitatea atasamentului pentru biopsie Convex: Aplicații clinice minime: Abdominal, OB/GYN Diapazon minim: 2 - 5.6 MHz Nr. de elemente ≥ 128 pentru tehnologia Single Crystal sau minimum 192 pentru tehnologiile Matrix/Composite/Multi Layer Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 70 grade Tip sonde, tehnologie:	Mindray Consona N8 Specificația 5 porturi, Datasheet N8, pag4 Da, 1 pencil port, Datasheet N8, pag4 Linear L13-3N, Aplicații incluse, Diapazon 3-13 MHz, Datasheet N8, pag23 192 elemente, Datasheet N8, pag23 ComboWave, Datasheet N8, pag2 3,8cm, Datasheet N8, pag23 ComboWave, Datasheet N8, pag2 Biospy Guide, Datasheet N8, pag23 Convex SC5-1N, Aplicații incluse, Diapazon 1.2-6MHz, Datasheet N8, pag22 192 elemente, Single Crystal, Datasheet N8, pag22 FOV max 74°, Datasheet N8, pag22 Single Crystal , Datasheet N8, pag22	Registrul de stat: DM00035029 1

							SingleCrystal/Matrix/Composite/Multi layer Endocavitar (ginecologie): Aplicații clinice minime: OB/GYN, Prostata Diapazon minim: 3.5 - 8 MHz Nr. de elemente: ≥ 192 elemente Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 168 grade. NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB Adâncimea de scanare maxima ≥ 35 cm POSTPROCESARE Mape culoare Obligatoriu Inversare spectru Obligatoriu Baseline Obligatoriu MODURI DE SCANARE 2-D/B-Mode M-mod M-Mod color Mod Panoramic Compunere spațială sau echivalentul Harmonic imaging DOPPLER Tip: CW, PW, CFM Power Doppler HPRF Duplex în timp real Triplex în timp real 4D mode (3D real time) FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale Butoane configurabile pentru utilizator, opțional Măsurare intima-media, Automat sau Manual Măsurători pe reluarea video Măsurători pe imagini statice și salvate Rapoarte, auto generare Regim automat de optimizare a imaginii în 2D/B-mode Analiza cantitativa (Tissue Doppler	Endocavitar (ginecologie): V11-3H, Aplicații incluse, Datasheet N8, pag22 3-12MHz, Datasheet N8, pag22 192 elemente, Datasheet N8, pag22 FOV max-195grade, Datasheet N8, pag22 Da, 256, Datasheet N8, pag5 Da, 300dB, Datasheet N8, pag5 Da, 40cm, Datasheet N8, pag5 POSTPROCESARE Tint map, Datasheet N8, pag5 Invert, Datasheet N8, pag6 Baseline, Datasheet N8, pag6 MODURI DE SCANARE B-mode, Datasheet N8, pag2 M-Mode, Datasheet N8, pag2 Color M-Mode, Datasheet N8, pag2 iScape, Datasheet N8, pag13 iBeam, Datasheet N8, pag2 THI, Datasheet N8, pag2 DOPPLER CW, PW, Color Doppler, Datasheet N8, pag2 Power Doppler, Datasheet N8, pag2 HPRF, Datasheet N8, pag7 Duplex, Datasheet N8, pag7 Triplex, Datasheet N8, pag7 4D, Datasheet N8, pag2 FUNCȚIONALITĂȚI Measurement, Datasheet N8, pag19 User-defined functions incluse, Datasheet N8, pag4 IMT automat, Datasheet N8, pag19 Measurement, Datasheet N8, pag19 Measurement, Datasheet N8, pag19 Auto-report, Datasheet N8, pag19 iTouch, Datasheet N8, pag19 TDI QA, Datasheet N8, pag8 Da, Report, Datasheet N8, pag19 UltraAssist, Datasheet N8, pag21	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

							Imaging - TDI) sau echivalentul Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute. Posibilitatea de conectare la PC sau Server. PACHETE DE ANALIZĂ Abdominal Obstetric Ginecologic Părți moi Vascular Cardiologie, Opțional Stress echo, Opțional Elastografie strain Mod avansat de vizualizare a fluxului sanguin cu sensibilitate ridicată pentru vase de calibru mic și fluxuri lente, fără artefacte de aliasing și/sau dependență de unghi (ex: tehnologii de tip eFlow, B-flow, Clarify Vascular, SMI, MicroFlow sau echivalent) Altele (să se indice) PAN/ZOOM Imagine în timp real Imagine înghețată Imagine Rotire 90° Inversarea stânga - dreapta STOCARE IMAGINI Capacitate Spațiul de stocare (minim): minim 300 GB de tip SSD Memorie CINE min 750 MB sau min 2200 frame-uri sau 60 sec DICOM 3.0 Compliant Porturie de extensie USB MONITOR Diagonala ≥ 21" Rezolutia minimă 1920 x 1080 pixeli Cu braț articulat ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos (cu sau fara panel)	PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen, Datasheet N8, pag29 Obstetrics, Datasheet N8, pag39 Gynecology, Datasheet N8, pag36 Small parts, Datasheet N8, pag64 Vascular, Datasheet N8, pag51 Cardiology inclus, Datasheet N8, pag42 Stress Echo optional, Datasheet N8, pag2 Strain Elasto, Datasheet N8, pag2 HR Flow, Datasheet N8, pag2 RIMT, SmartOB, TissueTracking QA, Smart HRI, Smart Thyroid, Smart Breast Da, PanZoom, Datasheet N8, pag17 Da, Datasheet N8, pag18 Da, Datasheet N8, pag18 Rotation, Datasheet N8, pag5 L/R, Datasheet N8, pag5 512 SSD, Datasheet N8, pag20 Da, 45000 cadre, Datasheet N8, pag18 Da, Datasheet N8, pag21 Da, USB, Datasheet N8, pag28 Monitor 21,5 inch, Datasheet N8, pag4 1920x1080, Datasheet N8, pag4 Dual-wing floating arm, Datasheet N8, pag4 Dual, Datasheet N8, pag5 15,6 inch, Datasheet N8, pag4 Panoul de control: Da, Down/Up, Datasheet N8, pag4 Rotate angle, Datasheet N8, pag4 100-240VAC, 50Hz, Datasheet N8, pag4 4 castors, Datasheet N8, pag4 Total lock, Datasheet N8, pag4	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							DIVIZARE MONITOR MONITOR integrat de control Ecran tactil (touch screen) ≥ 10 inch Panoul de control: Reglabil pe înălțime Să permită rotirea stânga/dreapta. Alimentare Curent alternativ 220V, 50Hz Trolu 4 roți minim 2 blocabile Periferice Încălzitor de gel Modul Wi-Fi Opțional Imprimantă termică alb/negru încorporată în consola sistemului. UPS cu reglarea automată a tensiune de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru continuu. ACCESORII Sticlă cu gel – 1 litru minim Rolă de hârtie (imprimantă) – 1 rolă minim	Gel warmer, Datasheet N8, pag27 Wireles adapter, Datasheet N8, pag21 Printer fixed bracket, Datasheet N8, pag3, printer Sony, Datasheet N8, pag27 UPS PCM INF-3000, Catalog ACCESORII 1L gel inclus 1 rola hirtie inclusa	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108