

Specificații tehnice (F4.1)

a fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloan

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-155022555324

Data: „27” februarie 2018

Alternativa nr.:

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

imsp_scp@mail.ru

Denumirea licitației: privind achiziționarea Consumabilelor, dezinfectanților și reactivilor pentru anul 2019

Lot: _____

Pagina: __ din __

SRL LISMEDFARM

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33600000-6	1	Bonete medicale bufante	Bonete medicale bufante	SJ02	China	Anji SPENQ Industria 1 Co., Ltd.	1.Unică folosință 2.Material neșesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena) 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm 4.Ambalate câte 100 buc. 5.Greutatea unitatii nu mai puțin de 3,8 g. 6.Culoare: albastru Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Unică folosință Material neșesut polipropilen cu densitatea min. 14g/m2 Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm., fără latex Ambalate câte 100 buc. Nesterile Culoare: albastru	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 09.02.2018 AVIZ SANITAR nr 447 din 10.07.2018
33600000-6	5	Containere pentru urina	Containere pentru urina	SR1204	China	Anji SPENQ Industria 1 Co., Ltd.	1.Volum: 100-150ml 2.Građație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Volum: 120ml 2.Građație de 10ml până la 100ml 3.Eticeta pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 09.02.2018 AVIZ SANITAR nr. 922 din 24.09.2018

3360000 0-6	9	Emplastru ~ 2.5x500 cm	Emplastru ~ 2.5x500 cm	SD01	China	Anji SPENQ Industria 1 Co., Ltd.	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 09.02.2018 AVIZ SANITAR nr 447 din 10.07.2018
3360000 0-6	16	Pungi pentru colectare a urinei 2 litri	Pungi pentru colectare a urinei 2 litri	SO1203	China	Anji SPENQ Industria 1 Co., Ltd.	1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de evacuare 4.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 7.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de evacuare 4.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 7.Ambalate individual	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 01.05.2017 Certificat CE No. G2S 16 08 80946 010 pina la 23.11.2020 AVIZ SANITAR nr 447 din 10.07.2018
3360000 0-6	18	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponib ile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30n	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponib ile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30n	SO0102	China	Anji SPENQ Industria 1 Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30- 50ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer 8.Ambalare individuală	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 01.05.2017 Certificat CE No. G2 16 08 80946 007 pina la 23.11.2020 Certificat CE No. G2S 16 08 80946 010 pina la 23.11.2020 aviz sanitar 1163 din 26 09 2018

33600000-6	19	Spatule din lemn (apăsătoare de limbă), sterile	Spatule din lemn (apăsătoare de limbă), sterile	KM05	China	Shanghai Kinmed Import & Export Co., Ltd	1.Material: lemn de calitate superioară, margini și suprafețe fin șlefuite 2.Steril 3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 4.Ambalate individual 5.Set câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Material: lemn de calitate superioară, margini și suprafețe fin șlefuite 2.Steril 3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 4.Ambalate individual 5.Set câte 100 buc.	Certificat ISO 13485:2012 No. Q6 079732 0011 Rev. 00 pina la 27.09.2021 Certificat CE No. G2S 17 06 79732 009 pina la 23.11.2020 AVIZ SANITAR nr 5 din 04.01.2019
33600000-6	20	Tampoane impregnate cu alcool	Tampoane impregnate cu alcool	YJ01	China	Yinjing Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.	1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm 2.Alcool izopropilic 70% 3.Material neșesut 4.Ambalate individual 5.Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții 6.Set câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm 2.Alcool izopropilic 70% 3.Material neșesut 4.Ambalate individual 5.Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții 6.Set câte 100 buc.	Declaratia de conformitate din 25.04.2017 Certificat ISO 13485 No. SX 60111701 0001 din 30.06.2016 Certificat CE No. DD 60111700 0001 din 30.06.2016 AVIZ SANITAR nr 304 din 27.06.2018
33600000-6	28	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm	SR0101	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm; cu margina șlefuita	Certificat ISO 13485:2012 No. Q2N 16 08 80946 011 pina la 23.11.2019 Certificat de Conformitate din data 09.02.2018 AVIZ SANITAR nr 5 din 04.01.2019
33600000-6	33	Eprubete Eppendorf 1,5 ml	Eprubete Eppendorf 1,5 ml	SR0801	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Eprubete Eppendorf 1,5 ml; să fie cu clapa capacului elastică și urechiușă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu capac rotator; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.	Eprubete Eppendorf 1,5 ml; are clapa capacului elastică și urechiușă mare. Eprubetele loc pentru marcaj, cu capac rotator;	Declaratie de conformitate din 09.02.2018 Certificat ISO No. Q2N 16 08 80946 011 din 20.12.2016 SANITAR nr 5 din 04.01.2019

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chitic Ecaterina În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Lismedfarm Adresa: MD 2002, sos Muncesti 167/B, mun. Chisinau

