

Specificații de preț

Numărul licitației:		LP nr. 21230622				Data: „06” iunie 2024		Alternativa nr.: nu		
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 SUPPLEMENTAR				Lot: _____		Pagina: ___ din ___		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	65	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	Bucată	715	7,6852	8,30	5 494,91	5934,5	In conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct. 11 din anunțul de participare
33100000-1	68	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5	Bucată	440	7,6852	8,30	3 381,48	3652	In conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct. 11 din anunțul de participare
Suma total:						8 876,39		8 876,39	9586,5	

Semnat:

Numele, Prenumele:

Băseșoi D.

În calitate de:

Director

Ofertantul:

DiSarned

Adresa:

Bogdan Voivod, 7



Specificatii tehnice

Numărul licitației: LP nr. 21230622

Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 SUPPLEMENTAR

Data: 06 iunie 2024

Alternativa nr. nu
Pagina: din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiftei	Model	Tara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
33100000-1	2	Tub pentru intubație endotraheală cu mansetă 7.0	Tub pentru intubație endotraheală cu mansetă 7.0	A01A017010	China	Well Lead	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în mansetă: Pina la 40 mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei; sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în mansetă: Pina la 40 mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului; sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei; sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	DM0000183425
33100000-1	68	Tub pentru intubație endotraheală cu mansetă 8.5	Tub pentru intubație endotraheală cu mansetă 8.5	NOTA 04D810	China	Well Lead	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în mansetă: Pina la 40 mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei; sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în mansetă: Pina la 40 mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului; sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei; sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	DM0000183428

Semnatar: *[Signature]* Numele, Prenumele: *[Signature]*

Ofertantul: *[Signature]* Adresa: *[Signature]*

In calitate de: *[Signature]*



ORDIN DE PLATĂ Nr.

399

DATA EMITERII

06 Iunie 2024

TIP.DOC. 1

PLĂȚII

1,000.00

MDL Una mie lei! 00 bani!

PLĂȚITOR

(R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL

CODUL IBAN

MD96PR002224390033431701

CODUL FISCAL

1007600028965

CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL PLĂȚITOR BC "ProCredit Bank" SA

CODUL BANCII

PRCBMD22XXX

BENEFICIAR

(R) CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE

CODUL IBAN

MD23TRPCC518430B01859AA

CODUL FISCAL

1016601000212

CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

CODUL BANCII

TREZMD22XXX

DESTINAȚIA PLĂȚII

Plata pentru garanția pentru oferta la Licitația Publica Nr. 21230622 din 06.06.2024

CODUL TRANZACȚIEI

001

DATA PRIMIRII

06-06-2024

DATA EXECUTĂRII

06-06-2024

SEMĂȚURA PRESTATORULUI

L.S.

MOTIVUL REFUZULUI

Mentiuțiile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 117286808

PLĂȚII		1,000.00	MDL Una mie lei! 00 bani!	DATA EMITERII	06 Iunie 2024	TIP.DOC. 1
PRESTATORUL PLĂȚITOR		BC "ProCredit Bank" SA				
BENEFICIAR		(R) CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE				
CODUL IBAN		MD23TRPCC518430B01859AA				
CODUL FISCAL		1016601000212				
CONTUL TREZORERIAL						
PRESTATORUL BENEFICIAR		Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat				
CODUL BANCII		TREZMD22XXX				
DESTINAȚIA PLĂȚII		Plata pentru garanția pentru oferta la Licitația Publica Nr. 21230622 din 06.06.2024				
CODUL TRANZACȚIEI		001	DATA PRIMIRII	06-06-2024	DATA EXECUTĂRII	06-06-2024
SEMĂȚURA PRESTATORULUI						
MOTIVUL REFUZULUI						
L.S.						
Mentiuțiile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 117286808						

Plata cu data executării - 06-06-2024

Ordinul de plată este primit de Banca -06-06-2024 12:25:12

Statutul ordinului de plată la ora 12:26:50 06-06-2024 : Executat de bancă