

Specificații tehnice

Numărul licitației	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777464338713 din 29/04/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - pentru anul 2026- Repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	9	Bec pentru lame laringoscop	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	34325	Italia	GIMA S.P.A.	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	CE/ISO
33100 000-1	23	Canula nazala, neonatal, L	canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.	EM05-503B	China	EXCEL LENT CARE MEDICAL (HUIZHOU) LTD.	C anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.	anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.	DM000654166
33100 000-1	24	Canula nazala, neonatal, M	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.	EM05-502B	China	EXCEL LENT CARE MEDICAL (HUIZHOU) LTD.	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.	DM000654165

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
33100000-1	25	Canula nazala, neonatal, S	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărimii S, cu fixator pe cap inclus în set.	EM05-503B	China	EXCEL LENT CARE MEDICAL (HUIZHOU) LTD.	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărimii S, cu fixator pe cap inclus în set.	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărimii S, cu fixator pe cap inclus în set.	DM000654164
33100000-1	28	CD-R	CD-R	CD-R 2-52 multispeed	China	Shenzhen Xuyada Industrial CO., LTD	CD-R	CD-R	Nu este dispozitiv medical
33100000-1	44	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P, OD5-E	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415	Labels 100x75x750P	UE	Tami	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415	Nu este dispozitiv medical
33100000-1	47	Hârtie foto-lucioasă glossy A4	Hârtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2	Glossy photo paper ref. 08813	China	Jiahe Groupe Co Limited	Hârtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2	Hârtie foto- lucioasă glossy A4 150 g/m2	Nu este dispozitiv medical
33100000-1	49	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Cover strecher	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Husă pentru brancarda 200x60 cm, înălțimea saltelei 50/80/100 mm	Nu este dispozitiv medical
33100000-1	50	Husă pentru saltele 200x90 cm	Husă pentru saltele 200x90 cm	cover matreass, H-	China	BEIJING JINGDONG	Husă pentru saltele 200x90 cm	Husă pentru saltele 200x90 cm, înălțimea saltelei 50/80/100 mm	Nu este dispozitiv medical

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
				50/80/100 mm		NG TECHNOLOGY CO., LTD			
33100 000-1	62	Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm	V1114C	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (23-33cm) cu un singur tub lungimea 130cm	DM000815777
33100 000-1	63	Manjeta pentru tonometru Dimensiuni 32-42 cm	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	MC-20(-50)	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Tensiometru mecanic, tip adult, masurare 0-300 mmHg, eroare max 3 mmHg. Set: Manjeta pentru tonometru 32-42 cm+ pompa din cauciuc cu supapa+manometru.	DM000571831
33100 000-1	64	Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	V1126C	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	DM000815820
33100 000-1	65	Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea	V1125C V1125C-L	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3.	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea	DM000815735 DM000815841

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
		arteriale) 25-40 cm	25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent				Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	
33100 000-1	89	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	F9024SSC F9009SSC	Italia	FIAB SPA	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	DM000621283 DM000621298
33100 000-1	101	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	STERILAN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Nu este dispozitiv medical
33100 000-1		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispozitiv medical
33100 000-1	104	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Nu este dispozitiv medical
33100 000-1		Registru aprobat de M.S al RM,	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispozitiv medical

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
		Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.							
33100 000-1	114	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, Edan.	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60.	FT-A001B	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60.	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60.	DM000860732

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

Numărul licitației	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777464338713 din 29/04/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - pentru anul 2026- Repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100 000-1	9	Bec pentru lame laringoscop	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	Bucată	15	199,00	238,80	2985,00	3582,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	23	Canula nazala, neonatal, L	anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	1050,00	1260,00	10500,00	12600,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	24	Canula nazala, neonatal, M	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	1050,00	1260,00	10500,00	12600,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	25	Canula nazala, neonatal, S	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	1050,00	1260,00	10500,00	12600,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	28	CD-R	CD-R	Discuri	3500	3,99	4,79	13965,00	16758,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100 000-1	44	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P, OD5-E	Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415	Bucată	100	1397,00	1676,40	139700,00	167640,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	47	Hârtie foto-lucioasă glossy A4	Hârtie foto-lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2	Bucată	8000	1,07	1,28	8532,00	10238,40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	49	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Bucată	200	107,07	128,48	21414,00	25696,80	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	50	Husă pentru saltele 200x90 cm	Husă pentru saltele 200x90 cm	Bucată	400	107,07	128,48	42828,00	51393,60	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	62	Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm	Bucată	4	650,00	780,00	2600,00	3120,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	63	Manjeta pentru tonometru Dimensiuni 32-42 cm	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	10	180,00	216,00	1800,00	2160,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	64	Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii)	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	20	210,00	252,00	4200,00	5040,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
		arteriale) 34-51 cm								
33100 000-1	65	Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	50	120,00	144,00	6000,00	7200,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	89	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	Bucată	2	332,80	399,36	665,60	798,72	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	101	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	test	1000	0,1483	0,1602	148,3000	160,1640	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	104	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Bucată	3000	0,1483	0,1602	444,9000	480,4920	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	3	0,00	0,00	0,00	0,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
		31.10.2011 F257/e.								conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100 000-1	114	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, Edan.	Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal, compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60.	Bucată	10	118,00	141,60	1180,00	1416,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
Suma totală								277962,80	333484,176	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia