

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Autoritatea contractanta:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Licitatia Deschisa :Achiziționarea consumabilelor pentru Cabinetul Chirurgie Endourologică conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2019 repetat

LP :21005616

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatie tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT8						
<u>33100000-1</u>	Sort pentru radioprotecție	224222	Germania	Primax	Sortul pentru radioprotecție dublu din fata Pb 0,5 mm din spate Pb 0,35 mm marimea M(sort scurt). *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Sortul pentru radioprotecție dublu din fata Pb 0,5 mm din spate Pb 0,25 mm marimea M(sort scurt 110 x 60cm). *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	CE
	LOT:9						
<u>33100000-1</u>	Guler pentru radioprotecție	224402	Germania	Primax	Guler pentru radioprotecție(protectie gatului) Pb 0,5 mm, marimea Medium. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor	Guler pentru radioprotecție(protectie gatului) Pb 0,5 mm, marimea Medium. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37