

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu".

Numărul procedurii de achiziție: 21054886, ocds-b3wdp1-MD-1649747622226							Data: 21.04.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile secția laborator 2022							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul BeneSphera H32

1	33600000-6	Dilued pentru BenespheraH32	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru diluare (Dilued) pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L.	ISO, CE.
2	33600000-6	Sol. de lizare pentru BenespheraH 32	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru lizare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 500ml.	ISO, CE.
3	33600000-6	Sol.de spălare pentru BenespheraH32	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 900ml, compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru spălare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 900-1000ml.	ISO, CE.
4	33600000-6	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce defines variația așteptată în domeniu normal, scăzut, crescut cu o stabilitate bună î timp. Flacoane cu volum 2-3ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămîni	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L. Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce defines variația așteptată în domeniu normal, scăzut, crescut cu o stabilitate bună î timp. Flacoane cu volum 2-3ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămîni.	ISO, CE.

Lot 4. Reagenți pentru cercetări ale sistemului de hemostază pentru Coagulometru Helena C1.

1	33600000-6	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Protrombin (Tromboplastin-Li) - amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, lichid, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasmă, INR, set cu 1000teste.	ISO, CE.
2	33600000-6	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	Fibrinogen-DAC + Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator. Reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție de diluent necesar și plasma calibrator, set 120-240teste.	ISO, CE.
3	33600000-6	Control plasmă cu nivel normal	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Control plasmă cu nivel normal, set 1fl x 1ml.	ISO, CE.
4	33600000-6	Control plasmă cu nivel crescut	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	Control plasmă cu nivel patologic (crescut), set 1fl x 1ml.	ISO, CE.
5	33600000-6	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen, set 1fl x 1ml.	ISO, CE.

Lot 12. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul BeneSphera H32

1	33600000-6	Dilued pentru BenespheraH32	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru diluare (Dilued) pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L.	ISO, CE.
2	33600000-6	Sol. de lizare pentru BenespheraH 32	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru lizare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 500ml.	ISO, CE.
3	33600000-6	Sol.de spălare pentru BenespheraH32	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 900ml, compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru spălare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 900-1000ml.	ISO, CE.

Lot 14. Reagenți pentru cercetări ale sistemului de hemostază pentru Coagulometru Helena C1.

1	33600000-6	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Protrombin (Tromboplastin-Li) - amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, lichid, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasmă, INR, set cu 1000teste.	ISO, CE.
---	------------	---------------------------------	------------------------	---------	----------------	--	--	----------

2	33600000-6	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	Fibrinogen-DAC + Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator. Reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție de diluent necesar și plasma calibrator, set 120-240teste.	ISO, CE.
---	------------	--	---------------------------------	---------	----------------	---	--	----------

Lot 22. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul BeneSphera H32

1	33600000-6	Dilued pentru BenespheraH32	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru diluare (Dilued) pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L.	ISO, CE.
2	33600000-6	Sol. de lizare pentru BenespheraH 32	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml,compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru lizare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 500ml.	ISO, CE.
3	33600000-6	Sol.de spălare pentru BenespheraH32	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 900ml, compatibil cu BENESPHERA H32	Soluție pentru spălare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 900-1000ml.	ISO, CE.

Lot 24. Reagenți pentru cercetări ale sistemului de hemostază pentru Coagulometru Helena CI.

1	33600000-6	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Protrombin (Tromboplastin-Li) - amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, lichid, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasmă, INR, set cu 1000teste.	ISO, CE.
---	------------	---------------------------------	------------------------	---------	----------------	--	--	----------

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

Data: 21.04.2022

Valabilitatea ofertei - 30 zile.