

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

INSTITUTUL
DE FTIZIOPNEUMOLOGIE
"CHIRIL DRAGANIUC"



MINISTRY OF HEALTH OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

PUBLIC MEDICAL SANITARY

INSTITUTE OF
PHTHISIOPNEUMOLOGY
"CHIRIL DRAGANIUC"

MD-2025, Republica Moldova,
municipiul Chișinău str. Constantin Virnav 13
tel +373 22 572 200, fax + 373 22 572 205
e-mail ifp@ms.md

MD-2025, Republic of Moldova
13, Constantin Virnav, street, Chisinau
tel +373 22 572 200, fax + 373 22 572 205
e-mail ifp@ms.md

41032023 nr. 08-2/2023
5213- a-23 din
28.03.2023
Examina Chirila
Spz examinare
28/03/23
V. Volov

Instituția Publică „Unitatea de
Coordonare, Implementare și
Monitorizare a Proiectelor în
Domeniul Sănătății”,
Dlui Victor VOLOVEI
Director executiv

Prin prezenta, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” Vă prezintă raportul privind reevaluarea ofertelor prezentate în cadrul Licităției **ocds-b3wdp1-MD-1675350491709** pentru procurare de Centrifugă cu refrigerare pentru Laboratorul National de Referință in Microbiologia TB al IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” și Spitalul de Tuberculoză din Bender, organizat de către IP UCIMP.

Anexă 2 file.

Director

Doina RUSU

Ex: Codreanu Alexandru
Tel: 079757957
e-mail: alexandru.codreanu@yandex.ru

Codreanu

RAPORT

privind reevaluarea ofertelor prezentate în cadrul Licităției
ocds-b3wdp1-MD-1675350491709 pentru procurare de Centrifugă cu refrigerare pentru
Laboratorul Național de Referință în Microbiologia TB al IMSP Institutul de Ftiziopneumologie
„Chiril Draganiuc” și Spitalul de Tuberculoză din Bender, organizat de către IP UCIMP

DATA 21.03.2023

BENEFICIAR: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Laboratorul Național de Referință în Microbiologia TB și Spitalul de Tuberculoză din Bender.

EVALUATORI:

- Crudu Valeriu, șef laborator LNR, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;
- Codreanu Alexandru, medic bacteriolog LNR, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;
- Țurcan Nadejda medic bacteriolog LNR, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;

La data de **21.03.2023** au fost reevaluate ofertele prezentate în cadrul Licităției ocds-b3wdp1-MD-1675350491709 pentru procurare de Centrifugă cu refrigerare pentru Laboratorul Național de Referință în Microbiologia TB al IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” și Spitalul de Tuberculoză din Bender, organizat de către IP UCIMP.

Oferta a constat dintr-un singur lot, cu o singură poziție. Au fost reexamineate patru oferte ale companiilor: „**TRIUMF-MOTIV**” SRL, „**ECOCHIMIE**” SRL, „**ICS NITECH**” SRL, „**BIO ANALITICA**”.

Ofertele prezentate au fost reevaluate în conformitate cu cerințele tehnice din caietul de sarcini, luând în considerare următoarele criterii: *specificările tehnice oferite, țara de origine, producătorul, Certificat de calitate ale producătorului.*

S-a constatat:

1. *Specificările tehnice oferite:* specificațiile tehnice declarate de companiile „**TRIUMF-MOTIV**” SRL, „**ECOCHIMIE**” SRL, „**ICS NITECH**” SRL, „**BIO ANALITICA**” nu corespund cu cele solicitate (detalii în anexa nr.1).
2. *Compania producătoare:* a fost menționată.
3. *Țara de origine:* a fost menționată.
4. *Certificat de calitate al producătorului:* a fost prezentat.

S-a recomandat:

de a considera ofertele companiilor „**TRIUMF-MOTIV**” SRL, „**ECOCHIMIE**” SRL, „**ICS NITECH**” SRL, „**BIO ANALITICA**” nevalide.




Numele și Prenumele evaluatorilor

Semnătura

Crudu Valeriu

Codreanu Alexandru

Țurcan Nadejda

Anexa nr. 1 al raportului de revizuire a ofertelor din cadrul licitației 154/GD/T																			
Lot, pozitie	Denumire produs	Specificatii tehnice minime	Cantitate totala, grame	Triumf-Motiv SRL - 411750.00 MDL			Ecochimie SRL - 435090.00 MDL			ICS Nisnech SRL - 525000.00 MDL			Bio Analitica SRL - 595500.00 MDL						
				Preț unitar	Specificatii tehnice	Produsator	Certificat CE sau Declarație de conformitat e ISO 9001	Preț unitar	Specificatii tehnice	Produsator	Certificat CE sau Declarație de conformitat e ISO 9001	Preț unitar	Specificatii tehnice	Produsator	Certificat CE sau Declarație de conformitat e ISO 9001	Preț unitar	Specificatii tehnice	Produsator	Certificat CE sau Declarație de conformitat e ISO 9001
1	Centrifuga cu riscie	Centrifuga cu riscie cu intervalul de temperatura -20 °C to +40 °C cu program de pre-ridare. Rotor flotant cu patru brate (respectiv 4 cupe), PREM max. 4200. Adaptor pentru tuburi de 50 ml, a cite 5 locuri per adaptor si adaptor pentru tuburi de 15 ml (cu e principalul numarai de locuri). Cupetele sa fie prevazute cu capace de protectie impotriva aerosolilor. Sa fie posibila setarea nivelului acceleratii si decelerarii in 9 trepte, precum si setarea programelor de functionare.	3	137250.00	NU, adaptor pentru tuburi de 50 ml a cite 2 locuri per adaptor (5 solicitat 5 locuri); Cupete nu sunt prevazute cu capace de protectie, nu sunt date despre prezenta regulului de pre-prerie	BKO-VLSR, Biobase, China	ok	145030.00	NU, adaptor pentru tuburi de 50 ml a cite 2 locuri per adaptor (5 solicitat 5 locuri); Cupete nu sunt prevazute cu capace de protectie	BKC-TLSRL (Z20V) Biobase, China	ok	12400.00	NU, adaptor pentru tuburi de 50 ml a cite 4 locuri per adaptor (5 solicitat 5 locuri)	ROTHA 380 R 1754	ok	198500.00	NU, adaptor pentru tuburi de 50 ml a cite 7 locuri per adaptor (5 solicitat 5 locuri)	Donel CF 108- R, Cehia	ok

