

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1739969390542 din 19/02/2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor pentru hemodializă

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1/ Servicii de deservire a dispozitivelor pentru hemodializă</b>	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 - 1 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Mentenanță, calibrare, testare <b>Deservirea dispozitivului de filtrare/purificare a apei</b> Documente obligatorii: certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului. Cerințe generale: toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 3 ori pe an dintre care: una va include verificarea funcționalității dispozitivului conform manualului de service, 2 vor include inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare de productivitate (presiune, conductivitate, temperatură), și înlocuirea filtrelor. Mentenanța corectivă. Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului. Agentul economic va efectua repararea dispozitivului. În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar.	Vizita №1 <b>Mentenanța corectivă 1</b> Se efectuează în luna martie 2025. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>Aqua B 750</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția stației</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a stației: productivitatea, presiune, conductivitate, temperatura</li> <li>• Verificarea funcționalității stației</li> <li>• Schimbarea filtrelor</li> </ul> Vizita №2 <b>Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks)</b> Se efectuează pe parcursul anului 2025. Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător).  Vizita №3 <b>Mentenanța corectivă 2</b> Se efectuează în luna august 2025. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>Aqua B 750</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția stației</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a stației: productivitatea, presiune, conductivitate, temperatura</li> <li>• Verificarea funcționalității stației</li> <li>• Schimbarea filtrelor</li> </ul>	

<p>Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG &amp; Co. Granumix 107 S - 1 buc.</p>	<p>Germania</p>	<p>Fresenius Medical Care</p>	<p>Mentenanță, calibrare, testare <b>Deservirea dispozitivului de mixare a soluțiilor</b> Documente obligatorii: certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului. Cerințe generale: toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 3 ori pe an dintre care: una va include verificarea funcționalității dispozitivului conform manualului de service, 2 vor include inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare de productivitate (presiune, conductivitate, temperatură), și înlocuirea filtrelor. Mentenanța corectivă. Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului. Agentul economic va efectua repararea dispozitivului. În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar.</p>	<p>Vizita №1 <b>Mentenanța corectivă 1</b> Se efectuează <i>în luna martie 2025</i>. Lucrări include vizita Profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>Granumix 107 S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția dispozitivului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor</li> </ul> <p>Vizita №2 <b>Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks)</b> Se efectuează <i>pe parcursul anului 2025</i>. Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător).</p> <p>Vizita №3 <b>Mentenanța corectivă 2</b> Se efectuează <i>în luna august 2025</i>. Lucrări include vizita Profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>Granumix 107 S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția dispozitivului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor</li> </ul>	
<p>Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG &amp; Co. multiFiltrate - 1 buc.</p>	<p>Germania</p>	<p>Fresenius Medical Care</p>	<p>Mentenanță, calibrare, testare <b>Deservirea dispozitivelor de dializa acută</b> Documente obligatorii: certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului. Cerințe generale: toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 3 ori pe an dintre care: una va include verificarea funcționalității dispozitivului conform manualului de service, 2 vor include inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare de productivitate (presiune, conductivitate, temperatură), și înlocuirea filtrelor. Mentenanța corectivă. Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului. Agentul economic va efectua repararea dispozitivului. În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar.</p>	<p>Vizita №1 <b>Mentenanța corectivă 1</b> Se efectuează <i>în luna martie 2025</i>. Lucrări include vizita Profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>multiFiltrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția aparatului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului</li> <li>• Verificarea funcționalității aparatului</li> </ul> <p>Vizita №2 <b>Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks)</b> Se efectuează <i>pe parcursul anului 2025</i>. Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător).</p> <p>Vizita №3 <b>Mentenanța corectivă 2</b> Se efectuează <i>în luna august 2025</i>. Lucrări include vizita Profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: <b>multiFiltrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția aparatului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului</li> <li>• Verificarea funcționalității aparatului</li> </ul>	

Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B - 5 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	<p>Mentenanță, calibrare, testare</p> <p><b>Deservirea dispozitivelor de dializă</b></p> <p>Documente obligatorii: certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului.</p> <p>Cerințe generale: toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 3 ori pe an dintre care: una va include verificarea funcționalității dispozitivului conform manualului de service, 2 vor include inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare de productivitate (presiune, conductivitate, temperatură), și înlocuirea filtrelor. Mentenanța corectivă. Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului. Agentul economic va efectua repararea dispozitivului. În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar.</p>	<p>Vizita №1 <b>Mentenanța corectivă 1</b></p> <p>Se efectuează <i>în luna martie 2025</i>. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:</p> <p><b>4008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția aparatului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: conductivitate, temperatura</li> <li>• Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției</li> </ul> <p>Vizita №2 <b>Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks)</b></p> <p>Se efectuează <i>pe parcursul anului 2025</i>. Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător).</p> <p>Vizita №3 <b>Mentenanța corectivă 2</b></p> <p>Se efectuează <i>în luna august 2025</i>. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:</p> <p><b>4008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecția aparatului</li> <li>• Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: conductivitate, temperatura</li> <li>• Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției</li> </ul>	
<b>Total lot 1</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ **Dumitru Babințechi** în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**