

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1613642472156	Data: 1 mart 2021, 10:00 - 11 mart 2021, 12:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță corectivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021	Lot: 1,4	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produce- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50420000-5	Lot 1. Reparația videoduodenoscop Olympus TJF-145	-	-	-	Înlăturarea defectelor: pierderea parametrilor rigizi, elevatorul și derijarea mecanica defect Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Reparație capitală, fără schimbarea CCD. La centrul Service Olympus-Europa Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garantie 6 luni, pentru defectele ascunse	-
50420000-5	Lot 4. Reparația fibrobronhoscopului Olympus BF-1T60	-	-	-	Înlăturarea defectelor: nu trece testul de etanșeitate. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Reparație capitală la centrul de reparație Olympus-Europa. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garantie 6 luni, pentru defectele ascunse	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**