

Anexa nr.3 la Specificatii tehnice lotul nr.12
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 din
19.08.2022

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.12 Scanner oftalmic si Pasimetru** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Scanner oftalmic si pasimetru	Da, Scanner oftalmic si pasimetru model SK-2000AP, producator Chongqing Sunkingdom Medical Instrument Co., Ltd.
2.	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz	Da, Opțiunea de scanare Da, Frecvența 10 MHz Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
3.	Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm	Da, Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
4.	Adâncime ≥ 40 mm	Da, Adâncime ≥ 40 mm Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
5.	Viteza de propagare 1641.1532	Da, Viteza de propagare 1641.1532 Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
6.	Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială	Da, Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
7.	Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis"	Da, Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
8.	Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhacic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate	Da, Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhacic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
9.	Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz	Da, Modulul Pasimetru Da, Frecvența 20 MHz Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
10.	Precizie de măsurare a corneei: $<0,01$ mm	Da, Precizie de măsurare a corneei: $<0,01$ mm Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
11.	Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm	Da, Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
12.	Viteza de propagare: 1640	Da, Viteza de propagare: 1640 Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
13.	Ieșirea datelor: Grosimea corneei	Da, Ieșirea datelor: Grosimea corneei Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
14.	Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului	Da, Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
15.	Alți parametri: Cistiga: 99 dB	Da, Alți parametri: Da, Cistiga: 99 dB Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
16.	Ecran tactil colorat: ≥ 6 inchi Rezoluția ecranului: $\leq 0,1$ mm	Da, Ecran tactil colorat: 6,5 inchi Da, Rezoluția ecranului: $\leq 0,1$ mm Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
17.	Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard	Da, Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
18.	Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor	Da, Locație de stocare: 200 de copii ale datelor examinilor Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter

19.	Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	Da, Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată Vezi Catalogul atasat SK-2000 Scan&Pachymeter
-----	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertant: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59