

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771577158015 din “20” Februarie 2026
Obiectul achiziției: <i>Echipamente medicale</i>

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.3 Pat de spital						
Pat de spital	DG-D03	RPC	Hengshui Deguang Medical Equipment Co., Ltd	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) • Lățime totală: 970 mm (±30 mm) • Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm • Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) • Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) • Înălțime saltea: minimum 7 cm • Reglaj electric cu trei funcții: • Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) • Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) • Reglaj înălțime pat: 520–760 mm • Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2100 mm • Lățime totală: 940 mm • Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm • Lungime interioară: 1970 mm • Lățime interioară: 860 mm • Înălțime saltea: 8 cm • Reglaj electric cu trei funcții: • Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° • Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° • Reglaj înălțime pat: 520–760 mm • Suprafață turnată (ștanțată) complet din tablă de oțel rece.	Conform certificatului anexat EN 60601-1:2006+A2:2021 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 EN 60601-2-

			• Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. • Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. • Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. • Garanție minim 24 luni.	• Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu, pliabile ușor în sus și în jos. • Roți silențioase de Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. • Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. • Garanție 24 luni.	52:2010+ A1:2015 EN 14971:20 19
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Zaporojan În calitate de: administrator

Ofertantul: FABRO-FIER srl., Adresa: str. Alea Salcîmilor, nr.5/1, Cruzești, Chișinău