

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1731495933330/21310391 conform SIARSAP M-Tender**

**Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2025**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	7. Analizator VITEK 2COMPACT “Biomerieux”	VITEK® 2 COMPACT	SUA	bioMérieux Inc.	<p>7. Analizator VITEK 2COMPACT “Biomerieux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificare si calibrarea pompei de vacuum;</li> <li>– Curățarea sistemului optic;</li> <li>– Curățarea garniturii sistemului de vacuum;</li> <li>– Curățarea sistemului pentru casete;</li> <li>– Instalarea kiturilor A,R;</li> <li>– Schimbul Saline A/R;</li> <li>– Schimbul Pipette Tips A/R;</li> <li>– Calibrarea dispozitivului;</li> <li>–Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</li> <li>–Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program;</li> </ul> <p>Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificare si calibrarea pompei de vacuum;</li> <li>– Curățarea sistemului optic;</li> <li>– Curățarea garniturii sistemului de vacuum;</li> <li>– Curățarea sistemului mecanic caroseria;</li> <li>– Curățarea sistemului pentru casete;</li> <li>– Instalarea kiturilor A,R;</li> <li>– Schimbul Saline A/R;</li> <li>– Schimbul Pipette Tips A/R;</li> <li>– Calibrarea dispozitivului;</li> <li>–Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</li> <li>–Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program;</li> </ul> <p>1. Mentenanța preventivă. Conform indicațiilor producătorului (nr. revizii/an: 1. Include kitul de revizie. Anexat: ”Frecventa Revizii Producator.pdf”).</p> <p>2. Mentenanța corectivă. Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă)/ la solicitare.</p>	<p>Conform anunțului de participare pct. 16. Conform indicațiilor producătorului</p>

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1