

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710226741808 din 22 mart 2024, 14:00 - 2 apr 2024, 15:00

Obiectul achiziției: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33600000-6	3.1	Folie de incizie 60x45	805018	Polonia	Zarys	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său	CE/ISO
33600000-6	3.2	Folie de incizie 45x45	808066	Polonia	Zarys	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 46cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 46cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său	CE/ISO
		Lotul 9 Bisturiu electric monopolar (piesa de mana), tip creion						
33600000-6	9.1	Bisturiu electric monopolar (piesa de mana), tip creion	MB100	Spania	Telic	Bisturiu/electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu	Bisturiu/electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane	CE/ISO

						diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință)	pentru electrozi cu diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință)	
		Lotul 19 Filtre pentru aspirator chirurgical						
33600000-6	19.1	Filtre pentru aspirator chirurgical	28239	Italia	Gima	Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia)	Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia)	CE/ISO
		Lot 20 Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard						
33600000-6	20.1	Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard	AT-SP-S 3	Polonia	Zarys	Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard	Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**