

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-17121402118810 din 03.04.2024**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament de laborator**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1.	38500000-0	Cântar analitic Electronic	ATZ-320	Polonia	AXIS	1.Capacitatea maximă de cântărire, g: 200/300 2.Capacitatea minimă de cântărire, g: 0,02 3.Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0,01 4.Valoarea diviziunii reale (d), g: 0,001 5.Timpul de conectare, sec: nu mai mult de 5 6.Timpul de stabilizare, sec: nu mai mult de 4 7.Limitile particulare de temperatură, C: de la +15 până +30 8.Tensiunea de alimentare de la rețea: ~220V	1.Capacitatea maximă de cântărire, g: 320 2.Capacitatea minimă de cântărire, g: 0,02 3.Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0,01 4.Valoarea diviziunii reale (d), g: 0,001 5.Timpul de conectare, sec: nu mai mult de 5 6.Timpul de stabilizare, sec: nu mai mult de 4 7.Limitile particulare de temperatură, C: de la +10 până +40 8.Tensiunea de alimentare de la rețea: ~220V	ISO
2.	38500000-0	Distilator	ДЭ-10М	Rusia	ООО «Завод Электромедоборудование»	1.Productivitate la tensiunea nominală, dm ² /h, dm ³ /h sau dm ⁴ /h - 10±10% 2.Tensiune, V 220 /V 380 3.Consumul de energie la tensiunea nominală, kW 7,5 ± 10% 4.Consum de apa pentru racire si alimentare, dm ³ /h, nu mai mult 200 5.Consumul specific de apă sursă la 1 dm ³ de apă primită, dm ³ , nu mai mult de 25 6.Timp de stabilire a modului de funcționare, min, nu mai mult de 30.	1.Productivitate la tensiunea nominală, dm ² /h, dm ³ /h sau dm ⁴ /h - 10±10% 2.Tensiune, V 220 /V 380 3.Consumul de energie la tensiunea nominală, kW 7,5 ± 10% 4.Consum de apa pentru racire si alimentare, dm ³ /h, nu mai mult 200 5.Consumul specific de apă sursă la 1 dm ³ de apă primită, dm ³ , nu mai mult de 25 6.Timp de stabilire a modului de funcționare, min, nu mai mult de 30.	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: **30 zile**

11.04.2024