

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: LP 21056908, din 14/06/2022 | | Data: 14/06/2022 | Alternative nu sunt |
| Obiectul achiziției: Reagenți pentru investigații imunologice, reagenți pentru analizatorul automat de tip închis TOSOH AIA-360 | | Lot.: 1;2;3;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14 | Pagina 1 din 1 |

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumire bunurilor/ serviciilor | Modelul aricolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|----------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------|--|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | Lotul 1 Teste pentru determinarea markerilor oncologici | | | | | | |
| 33696500-0 | 1.1 | CA 242 | CanAgCA242 EIA, 101-10 | Fujiirebio | Japonia | Cerințe generale*, controlul cu valori de referința, sa contina nu mai puțin de 5calibratori. | CanAgCA242 EIA, 101-10 - Metoda de determinare ELISA; controlul cu valori de referința, conține nu mai puțin de 5 calibratori; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO/CE |
| | 2 | Lotul 2 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 2.1 | ANA | ORG 600 (ANA Detect) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și să conțină probă de control cu valori referința. | ORG 600 (ANA Detect) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO/CE |
| | 3 | Lotul 3 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 3.1 | Anticorpi anti-CCP | ORG 601 Anti-CCP hs (high sensitive) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referința. | ORG 601 Anti-CCP hs (high sensitive) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO/CE |
| | 4 | Lotul 4 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 4.1 | Anti LKM | EIA-4277 (Anti-LKM-1) | DiaSorin | Italia | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referința. | EIA-4277 (Anti-LKM-1) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 6 | Lotul 6 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 6.1 | PR3-ANCA | ORG 518 (Anti-PR3 (cANCA) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referința. | ORG 518 (Anti-PR3 (cANCA) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 7 | Lotul 7 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 7.1 | MPO-ANCA | ORG 519 (Anti-MPO (pANCA) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referința. | ORG 519 (Anti-MPO (pANCA) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 8 | Lotul 8 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 8.1 | Anti MCV (anticorpi la citrulin vimentin modificat) | ORG 548 (Anti-MCV) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referința. | ORG 548 (Anti- MCV) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referința; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 9 | Lotul 9 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumire bunurilor/ serviciilor | Modelul aricolului | Tara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|-----------|---|--|-----------------|---------------|--|---|------------------------|
| 33696500-0 | 9.1 | CIC (Complexe imunocirculante) | ORG 549 (Anti-C1q) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | CIC (Complexe imunocirculante) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 10 | Lotul 10 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 10.1 | Anticorpi Scl-70 | ORG 512 (Anti-Scl-70) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | ORG 512 (Anti-Scl-70) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 11 | Lotul 11 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 11.1 | Anticorpi către cardiolină IgG | ORG 515 (Anti-Cardiolipin IgG/IgM) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | ORG 515 (Anti-Cardiolipin IgG/IgM) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 12 | Lotul 12 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 12.1 | Anticorpi către cardiolină IgM | ORG 515 (Anti-Cardiolipin IgG/IgM) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | ORG 515 (Anti-Cardiolipin IgG/IgM) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 13 | Lotul 13 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 13.1 | Anticorpi către fosfolipide IgM | ORG 529 (Anti-Phospholipid Screen IgG/IgM) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | ORG 529 (Anti-Phospholipid Screen IgG/IgM) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |
| | 14 | Lotul 14 Teste pentru investigații imunologice | | | | | | |
| 33696500-0 | 14.1 | Anticorpi către fosfolipide IgG | ORG 529 (Anti-Phospholipid Screen IgG/IgM) | Orgentec | Germania | Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, nu mai puțin de 6 calibratori și să conțină probă de control cu valori de referință. | ORG 529 (Anti-Phospholipid Screen IgG/IgM) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori de referință; conform cerințelor unice pentru reagenți | ISO, CE |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova