



"ECOCHIMIE" S.R.L.
MD-2060, mun. Chişinău
bd. Căzu Vodă 5/1, bir. 403
Tel.: /022/109-111, Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md
www.ecochimie.md

Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:
Adresa:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANĂTATE
MD-2009, MOLDOVA, mun. Chişinău, mun. Chişinău, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3

22 noiembrie 2018

Eduard Terna Telefonul de contact 022884325 E-mail dispozitive@capcs.md
ID ocds-b3wdp1-MD-1541065406055 din 22.11.2018

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Sisteme stomice	4009	China	ZIMAT Co. Ltd.	1.Cu evacuare, de tip deschis 2.Dimensiuni – 30X15 cm 3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare 4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore 5.Mecanism de eliminare de tip deschis 6.O (1) clemă la 5 pungi Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dat, nu mai mic de 12 luni.	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru colo/ileostomi, ~30X15cm, flansa adezivă din hidrocoloid pt 120--168 ore, liner material netesut, fereastra de vizualizare, gura de tăiere 15-60mm, în set cu o clemă de fixare la 5 pungi.	ISO, CE Marca
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)								

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

