

Specificații tehnice

Nr. Licitației	21075025					Data: 16.03.2023		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației	"Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă 2023 "					Lot: 1		Pagina: 1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33000000-0	1	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 40088B și 4008S)	M90249	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 40088B și 4008S) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic - Da Cameră de captare activă a aerului arterial - Da Cameră de captare activă a aerului venos - Da Clame montate integral în segment arterial/venos - Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/ venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare - Da Linie pentru heparinizare automată - Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare - Da Cerințe specifice Ne Cerința Unitate măsură 1. Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă - 350 mm ± 5 mm. 2. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă - 8 mm. 3. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos - 22 mm. 4. Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5. Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Vezi fișa tehnică pentru M90249	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21075025					Data: 16.03.23			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: "Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă 2023 "					Lot. 1			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Prețul estimativ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33000000-0	1	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 40088B și 4008S)	Bucată	2500	79.0860	94.9030	197,715.0000	237,257.5000	în decurs de maxim 30 zile, de la comanda persoanelor responsabile, pe parcursul anului 2023 / 31.12.2023	MD58TRPCCW518430A00124AA		180 000
Total ofertă							197,715.00	237,257.50				

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B