

CERERE DE PARTICIPARE

Către [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE](#)

MD- 2009, mun.Chișinău, str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21054236 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1648707767984](#) din 31 Martie 2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)*, noi **MEDICA SENS SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10 Mai 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
MEDICA SENS SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE](#)

MD- 2009, mun.Chișinău, str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4) prin procedura de achiziție.** – licitație deschisă nr. 21054236 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1648707767984](#) din 31 Martie 2022, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci de zile), respectiv până la data de 08 Septembrie 2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10 Mai 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
MEDICA SENS SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.21054236 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1648707767984](#) din 31 Martie 2022

Obiectul de achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	PENTALED 30N	ITALIA	RIMSA	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan DA Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) DA Numărul de sateliți 1 DA Temperatura culorii 4500 - 5000 K Indexul de culoare 96 Diametrul câmpului, 14 - 28 cm Adâncimea 70 - 115 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță 160000 lux Rotația 270 grade DA Ajustare pe verticală, cm 710 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1°C DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA Durata medie de viață a LED-urilor 60 000 h Minere detașabile sterilizabile DA Panou de control integrat în lampa principal DA Înălțimea podului 3 - 4 m DA	
Lotul 13 Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici de baza)	PENTALED 30N + 30N	ITALIA	RIMSA	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți DA Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) DA Numărul de sateliți 2 DA Temperatura culorii 4500 - 5000 K Indexul de culoare 96	

				Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Dimensiunea câmpului, 14 - 28 cm Adîncimea 70 - 115 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 160000 lux, satelitul nr.2 160000 lux " Rotația 270 grade DA Ajustare pe verticală, cm 710 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA Durata medie de viață a LED-urilor 60 000 h Minere detașabile sterilizabile DA Panou de control integrat în lampa principal DA Înălțimea podului 3-4 m DA	
Semnat:_____					Numele, Prenumele: Ciobanu Sergiu	În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: MEDICA SENS SRL					Adresa: Str. Călărași 66	

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr.21054236 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1648707767984](#) din 31 Martie 2022,

Obiectul de achiziției: *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Lotul 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	buc	4	91 575,00	109 890,00	366 300,00	439 560,00	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)		
33100000-1	Lotul 13 Lampă chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	buc	2	159 500,00	191 400,00	319 000,00	382 800,00			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ciobanu Sergiu

În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: MEDICA SENS SRL

Adresa: Str. Călărași 66

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Către: [Centrul pentru achizitii publice centralizate în
sanatate](#)

Licitație Nr. 21054236 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1648707767984](#)

Subsemnatul **Sergiu Ciobanu**, IDNO 1018600025629, reprezentant împuternicit al MEDICA SENS S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice:

- transportul, livrarea și instalarea echipamentului se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și sunt operațiuni incluse în pret în decurs de 75 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS-livrarea, și instalarea în termen de 15 zile lucrătoare de la notificarea emisă de beneficiar.
- la momentul livrării va fi prezentat manualul de utilizare în limba română și manualul de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), inclusiv se va instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor.
- perioada de garanție pentru echipamentul corespunde specificației tehnice cerute și este de 24 luni din data instalării/ livrării;
- în perioada de garanție și post-garanție a echipamentului, timpul maxim de intervenție va fi de 30 minute la telefon și 24 de ore la locul beneficiarului de la primirea sesizării din partea beneficiarului.
- toate operațiunile de întreținere și intervenție de service vor fi efectuate de specialiști calificați ai companiei noastre, conform graficului inspecțiilor planificate pentru mentenanța dispozitivelor medicale pe perioada garanției;
- echipamentul medical care urmează a fi livrat va fi nou, iar anul producerii nu va fi mai vechi de anul 2021-2022.
- echipamentele propuse vor fi înregistrate în Registrul de Stat a Dispozitivelor Medicale până la momentul livrării.

Data completării 10 Mai 2022

Denumirea mandantului
MEDICA SENS S.R.L.
reprezentată legal prin
Sergiu Ciobanu
Administrator