

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocds-b3wdp1-MD-1582187574126**

Denumirea procedurii de achiziție: De valoarea mica - Tehnica Medicala

Autoritatea contractanta: **Colegiul de Medicina Bălți**

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modul de achiziție	Țara de origine	Procedura de achiziție	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	Electrocardiograf cu 3 canale				Design compact și portabil -Ecran LCD de înaltă rezoluție -Baterie de litiu reîncărcabilă încorporată pentru o durată de lucru de 2 ore -Porturi periferice: USB, port LAN -Precizie și fiabilitate în interpretarea ECG -Achiziție simultană cu 12 derivații -Tastele funcționale rapide “One-Touch” -Ghid de operare pe ecran pentru a verifica procedura ECG -Remediere vocală în mai multe limbi și alarmă vizuală pentru deconectare, baterie descărcată și fără hârtie -Suport setările generale în funcție de situații diferite pentru medici și pacienți	Design compact și portabil -Ecran LCD de înaltă rezoluție -Baterie de litiu reîncărcabilă încorporată pentru o durată de lucru de 2 ore -Porturi periferice: USB, port LAN -Precizie și fiabilitate în interpretarea ECG -Achiziție simultană cu 12 derivații -Tastele funcționale rapide “One-Touch” -Ghid de operare pe ecran pentru a verifica procedura ECG -Remediere vocală în mai multe limbi și alarmă vizuală pentru deconectare, baterie descărcată și fără hârtie -Suport setările generale în funcție de situații diferite pentru medici și pacienți	ISO CE
	3	Pulsoximetru pentru deget pentru măsurarea pulsului și saturației cu stima				Format ecran: afișaj LED Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii stimate AAA 1.5 V. Consumul de energie: poate funcționa mai mult de 30 de ore în continuu. Dimensiunile dispozitivului (mm): 58, 34, 32 mm Greutate: 50g (stimate cele două baterii AAA) Accesorii incluse: 2 baterii AAA.; Cablul de nylon pentru agatare gat. Manual instructiui; Husa protectie	Format ecran: afișaj LED Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii AAA 1.5 V. Consumul de energie: poate funcționa mai mult de 30 de ore în continuu. Dimensiunile dispozitivului (mm): 58, 34, 32 mm Greutate: 50g (cu cele două baterii AAA) Accesorii incluse: 2 baterii AAA.; Cablul de nylon pentru agatare gat. Manual instructiui; Husa protectie (din plicula)	
	5	Tonometru automat				Detectarea aritmiei cardiace, -Înzestrarea cu tehnologia Dr. Frei – IHB; -Indicator “Semafor” – pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale, tehnologia – ESH; -Manșetă de dimensiune (22-32 cm); -Capacitate memorie – ultima măsurare, tehnologizat – MEMO; -Mufă pentru adaptor la rețea; -Indicator baterie descărcată; -Husa pentru transportare în set.	Detectarea aritmiei cardiace, -Înzestrarea cu tehnologia – IHB; -Indicator “Semafor” – pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale, tehnologia – ESH; -Manșetă de dimensiune (22-32 cm); -Capacitate memorie – ultima măsurare, tehnologizat – MEMO; -Mufă pentru adaptor la rețea; -Indicator baterie descărcată; -Husa pentru transportare în set.	

	6	Pulsoximetru pentru adulți				Determinarea saturatiei de stima (SpO2) si a rateipulsului -Usorsiportabil -Indicator bateriedescarcata -Snurpentru transport -Afisaj OLED in douaculori -10 niveluri de iluminare, ajustabile -Oprire automata	Determinarea saturatiei de stima (SpO2) si a ratei pulsului -Usor si portabil -Indicator baterie descarcata -Snur pentru transport -Afisaj OLED in doua culori -10 niveluri de iluminare, ajustabile -Oprire automata	ISO CE
	8	Dispozitiv pentru gimnastică respiratorie Tri-ball				Exercitiul respirator TRI-BALL® -Dimensiune mica. -Trei bile stimate ve e in functie de culori. -Igienic: un locas pentru fixarea piesei bucale dupa ce a fost spalata.	Exercitiul respirator TRI-BALL® -Dimensiune mica. -Trei bile stimate ve e in functie de culori. -Igienic: un locas pentru fixarea piesei bucale dupa ce a fost spalata.	
	11	Căntar digital de podea				sarcina maxima:200 kg. ; precizie:100 g; functii:HOLD;pornire, oprire ; -alimentare: baterii	sarcina maxima:200 kg. ; precizie:100 g; functii:HOLD;pornire, oprire ; -alimentare: baterii si AC	
	12	Antropometru la podea					Înzestrat cu platforma din cauciuc, înaltimea masurata 200 cm	
	13	Termometru medical digital				Ecran LCD iluminat din interior Capacitatea memorie 1măsurarr Rezistent la apă ; Oprire automată	Ecran LCD Capacitatea memorie 1măsurare; Rezistent la apă ; Oprire automată ; Cutie de protectie din plastic	
	14	Tonometru mecanic				cu doua tuburi, un inel de plastic, negru tensiometru aneroid cu tub, protectia împotriva supra-inflație,scara 60mm..Manșetă biocompatibil în conformitate cu DINENISO 10993.Acoperite cu TPU,curățare ușoară.	cu doua tuburi, cu inel din metal, negru tensiometru aneroid cu tub, protectia împotriva supra-inflație,scara 60mm..Manșetă standarda din nailon,curățare ușoară.	
	15	Tonometru electric				Pentru determinarea tensiunii arteriale și pulsului înregiunea brațului. Manșetă(mărimea22-42 cm)	Pentru determinarea tensiunii arteriale și pulsului înregiunea brațului. Manșetă(mărimea22-42 cm)	
	17	Cîntar medical stimat cu taliometru				Dimensiunile platfomei 280*320*45mm. -Capacitatea 200 kg ; -Gradatie 100 g ; -Taliometru 75-200 cm Gradațietaliometru 1mm; Dimensiuni 370*270*130 mm/h	Dimensiunile platfomei 280*320*45mm. -Capacitatea 200 kg ; -Gradatie 100 g ; -Taliometru 75-200 cm Gradațietaliometru 1mm; Dimensiuni 370*270*130 mm/h	
	19	Manual Resuscitar BVM				Mască de supapa a sacului (BVM) sau sac de autoinflamație: -Materialul pungii din silicon -Pentru adulti -Reglementări:CE,ISO,13485,FDT)	Mască de supapa a sacului (BVM) sau sac de autoinflamație: -Materialul pungii din PVC -Pentru adulti -Reglementări:CE,ISO,13485	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova