

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1637676257429
(21047412)
din "23" noiembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637676257429 din 23.11.2021
Obiectul achiziției: Piese pentru utilaj medical

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	Lot 91						
91.1	Trocar conic bont	31160C	Germania	Karl Storz	Trocar conic bont, lungimea de lucru 219 mm, diametrul 5,5 mm, reutilizabil	Trocar conic bont, lungimea de lucru 219 mm, diametrul 5,5 mm, reutilizabil	EC, ISO
		30103C	Germania	Karl Storz	Trocar conic bont, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	Trocar conic bont, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**