

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. 115
din din "15"09.2021

SPECIFICATII TEHNICE

Numarul procedurii de achiziție: 21110295 din 03.11.23								
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Teste-indicatoare-2024</i>								
Lot	Codul	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	33198000-4	Test indicator 134°C - (5 min. universal)	ИНТЕКТ-II-134/5-02 univrsale	Rusia	VINAR	134°C - (5 min. universal)	ИНТЕКТ-II-134/5-02 universale, 1000, cu jurnal	Серт. Соотв.,ISO
5	33198000-4	Test-indicator 55° (interne)	«ИНТЕКТ-ИЛІА3МА-2» 	Rusia	VINAR	Sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen. Compatibil cu Sterilizatorul RENO S- 130 D	ИНТЕКТ-ИЛІА3МА-2 - Test-indicator 55° (interne) Sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen. Compatibil cu Sterilizatorul RENO S- 130 D. Ambalaj 500 teste.	Серт. Соотв.,ISO
6	33198000-4	Test- indicator 55°(extern)	ИЛІА3МА-1 	Rusia	VINAR	Testele sa detina un indicator cu eticheta si marcaje care sa contina: metoda sterilizarii, spatiu pentru data efectuării sterilizării. spatiu pentru responsabil de efectuarea sterilizării si spatiu pentru obiectul sterilizării. Pe partea verso lipici, care la folosirea sa nu lase urme de clei.	ИЛІА3МА-1 - Test- indicator 55°(extern). Testele detin un indicator cu eticheta si marcaje care contina: metoda sterilizării, spatiu pentru data efectuării sterilizării. spatiu pentru responsabil de efectuarea sterilizării si spatiu pentru obiectul sterilizării. Pe partea verso lipici, care la folosirea sa nu lase urme de clei. Ambalaj 500 teste.	Серт. Соотв.,ISO
7	33198000-4	Test Biotest	 «БиоТЕСТ-ИЛІА3МА-ВИНАР»	Rusia	VINAR	55°C (externe) p-u plasmă	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă.Ambalaj 24 teste.	Серт. Соотв.,ISO
8	33198000-4	Test Bowie - Dik	Test Bowie - Dik	Rusia	VINAR	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Test Bowie - Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Серт. Соотв.,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovski Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2