

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1676466528610 din 15.02.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea lichidelor penetrante pentru defectoscopia capilară.									
Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de garanție	Standarde de referință
44800000-8 Lotul 1 lichide penetrante									
1.1		Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Penetrant	121.300.201	Germania	Helling	Culoare Roșu intens Nivel de sensibilitate 2 Gama temperaturii de utilizare [°C] -5 ... +50 Recipient depozitare/aplicare Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator Volum recipient [ml] 500	NORD-TEST Penetrant U88 500 ml aerosol can	12 luni din data recepției.	EN ISO 3452-2.
1.2		Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Developant	121.300.701	Germania	Helling	Culoare Albă Suspensie Pulbere cu granulație fină pe bază de alcool Gama temperaturii de utilizare [°C] -5 ... +50 Recipient depozitare/aplicare Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator Volum recipient [ml] 500	NORD-TEST U89 Developer spray can 500 ml	12 luni din data recepției.	EN ISO 3452-2.
1.3		Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Solvent	121.300.101	Germania	Helling	Culoare Transparent Produs De curățare ecologic pe bază de alcool Clasa 2 Gama temperaturii de utilizare [°C] -5 ... +50 Recipient depozitare/aplicare Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator Volum recipient [ml] 500	NORD-TEST Cleaner U 87 spray can 500 ml	12 luni din data recepției.	EN ISO 3452-2.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

27.02.2023