

Specificații tehnice

i completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 7, 8									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770910874379 (21565550)				Data: ,, 16.03.2026		nativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 8) pentru anul 2026				Lot: _____		Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	148	Termometru mecanic 260600	Termometru mecanic 260600	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru mecanic Cod260600 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic Cod260600 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	DM000372621
33100000-1	149	Termometru digital 260610	Termometru digital 260610	GT004-264 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital Cod260610 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajălfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare≤60 s Controlon/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori"Vizualătemperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeobligatoriu	Termometru digital Cod260610 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajălfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare≤60 s Controlon/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori"Vizualătemperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeobligatoriu	DM000239857
33100000-1	150	Termometru digital cu infrarosu 260620	Termometru digital cu infrarosu 260620	GT004-254	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital cu infrarosu Cod260620 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientnăscut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤5 s Controlon/off, deconectare automată Alarmer/indicatoriVizualăalerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală	Termometru digital cu infrarosu Cod260620 ParametrulSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientnăscut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤5 s Controlon/off, deconectare automată Alarmer/indicatoriVizualăalerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală	DM000239867

33100 000-1	154	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonendoscop	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod260710 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod260710 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	DM000239895
33100 000-1	155	Tensiometru Pediatric 260720	Tensiometru Pediatric 260720	GT001-110 Tensiometru cu manșeta Pediatria (GT001-402 +GT001- 403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric Cod260720 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Pediatric Cod260720 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	DM000239895
33100 000-1	156	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	GT001-110 Tensiometru cu fonoendosco p cu manșeta Pediatria (GT001-402 +GT001- 403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod260730 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod260730 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	DM000239895

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31