

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1637069453168	Data: 16.11.2021		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipament medical	Lot: 1		Pagina: 1 din 4

LOT	Cod CPV	Specificatie Solicitata	Cantitate	UM	Produs Oferit	Producator/Tara	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	331000000-1	Masă pentru operații cu 5 secții	1	Bucata	SERENADA	Alvo, Polonia	Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă cu estensie ortopedica Tip Electro Hidraulica: da Telecomanda perin cablu Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic a mesei	Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă cu estensie ortopedica Tip Electro Hidraulica: da Telecomanda prin cablu Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic a mesei	ISO/CE


							Acumulator Integrat in masa de operatie da Reincarcabil da Timpul de autonomie cu lucru continuu pentur toate miscarile ≥ 180 min Suparafata Fiecare sectie sa fie doata cu saltea lavabila da indiferent de sctie salteau este necesara sa fie de aceasi grosime da Alimentarea 220 V, 50 Hz Pozitionarea Mesei Reglarea înălțimii: de jos nu mai mare de 65 cm, - si nu mai puțin de 110 cm Trendelemburg ≥ 30 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Laterală $\geq +20 - 20$ grade Secția din spate de la +70 la -40 grade (minim) Sectia de la talpa/picior: de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă, divizată, Control motorizat (electric) tip hidraulic (manual) nu se accepta Sectia Cap” de la +45 la - 45 grade (minim) Control hidraulic (manual) Latimea egala cu cea a mesei Prezenta micarii direct in sus fara unghi de inlinare a sectiunei cap Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Atasarea de baza mobila da Baza de jos acoperita cu un cap de plastic da	Acumulator Integrat in masa de operatie da Reincarcabil da Timpul de autonomie cu lucru continuu pentur toate miscarile ≥ 180 min Suparafata Fiecare sectie sa fie doata cu saltea lavabila da indiferent de sctie salteau este necesara sa fie de aceasi grosime da Alimentarea 220 V, 50 Hz Pozitionarea Mesei Reglarea înălțimii: 67 cm - 112 cm Trendelemburg 40 grade Inversarea trendelemburgului 40 grade Secțiile mesei : 5 secții Laterală : +30 - 30 grade Secția din spate de la +70 la -40 grade (in broșura este mentionat +75 -35 grade dar acesta este parametrul de baza, masa poate fi configurata la +70 -40 conform solicitarii) Sectia de la talpa/picior: de la +80 la - 90 grade, detașabilă, divizată, Control motorizat (electric) de tip hidraulic Sectia Cap” de la +45 la - 45 grade Control hidraulic (manual) Latimea egala cu cea a mesei Prezenta micarii direct in sus fara unghi de inlinare a sectiunei cap Greutatea pacientului 275 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Atasarea de baza mobila da Baza de jos acoperita cu un cap de plastic da	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Rotile: minim 4 unitati da Diametru ≥ 5 cm permite miscarea in dreapta, stinga, inainte si inapoi da Sistem de frinare a bazei sau staibilizarea a mesei pe podea : prin intermediul butonului deticat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic Alimentarea 220 V, 50 Hz Șine laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) pe toată lungimea mesei ACCESORII suport mână cu curea control a miscarilor manual 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. suport laterla dreptughiular 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare conform specificatii de mia sus 2 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm da Stabilizator complet pentru genunghi (prezentarea fotografie) 1 set Suport picior pentru artroscopie 1 set Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor da	Rotile: 5 unitati Diametru ≥ 5 cm permite miscarea in dreapta, stinga, inainte si inapoi da Sistem de frinare a bazei sau staibilizarea a mesei pe podea : prin intermediul butonului deticat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic Alimentarea 220 V, 50 Hz Șine laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) pe toată lungimea mesei ACCESORII suport mână cu curea control a miscarilor manual 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. suport laterla dreptughiular 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare conform specificatii de mia sus 2 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm da Stabilizator complet pentru genunghi (prezentarea fotografie) 1 set Suport picior pentru artroscopie 1 set Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor da	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Extensie ortopedica Suport orizontal telescopic 2 unit. Suport vertical cu reglare pe inaltime 2 unit. Minere pentru extindere 2 unit. Pantofi/suport talpa picor adul pentru mentinerea extinderei 2 unit. Suport perineal 1 unit. Suport pelvian/bazin mic 1 unit. Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor da Prezentarea imaginilor care confirma fiecare componeta da Certificate de calitate CE/EEC Fiecare componenta a mesei sa fie detasabila la maxim da Instalarea se face de catre reprezentatul oficial al producatorului da	Extensie ortopedica Suport orizontal telescopic 2 unit. Suport vertical cu reglare pe inaltime 2 unit. Minere pentru extindere 2 unit. Pantofi/suport talpa picor adul pentru mentinerea extinderei 2 unit. Suport perineal 1 unit. Suport pelvian/bazin mic 1 unit. Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor da Prezentarea imaginilor care confirma fiecare componeta da Certificate de calitate CE/EEC Fiecare componenta a mesei sa fie detasabila la maxim da Instalarea se face de catre reprezentatul oficial al producatorului da	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Andrei Bocancea

Ofertantul: SRL Penta Trading



În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 9,