

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21206208 din 18.04.2024**Obiectul de achiziție: Cablu bipolar**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
HF- cablu bipolar	92094	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson.	HF-cables bipolar Conectarea unității conector Valleylab și 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451232	ISO
HF- cablu bipolar	92075	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson.	HF-cables bipolar Conectarea unității conector Valleylab și Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451255	ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23