

		Anexa 22. Specificații tehnice				
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>			
Numărul licitației:		LP <i>ocds-b3wdp1-MD-1772436606042</i>			Data: 30.03.2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice			Pagina: 1 din 4	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință

33100000-1	1	Lot nr.1- Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale	Lot nr.1- Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale	MAGNETOMED 8400	Italia	EME Srl	Dispozitiv pentru magnetoterapie 4 canale Descriere: Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale; Parametrul Specificația: Alimentare 230 V 50 Hz, ± 10% Programe preselectate Min.5 Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 Intensitate maximala disponibila pe aplicator ≥ 350 gauss (≥ 35mT) Setare intensitate 1 – 100% Frecvența Min 1-81 Hz Limba de funcționare Româna/Rusa Accesorii: Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 600mm ≥ 1 buc Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 300mm ≥ 1 buc	Dispozitiv pentru magnetoterapie 4 canale Descriere: Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale – DA (pag. 11 din User manual) Parametrul Specificația: Alimentare 230 V 50 Hz, ± 10% - DA (pag. 19 din user manual); Programe preselectate Min.5 (≥ 81 protocoale) - (pag. 19 din user manual); Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu - DA Timp de aplicare reglabil obligatoriu – DA (pag. 19 din user manual); Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 – DA (pag. 11 din user manual); Intensitate maximala disponibila pe aplicator ≥ 100 gauss (pag. 19 din user manual); Setare intensitate 1 – 100% - DA (pag. 19 din user manual); Frecvența Min 1-81 Hz – DA (1 – 100 Hz) Limba de funcționare: Engleza, user manual va fi romana/ engleza; Accesorii: Echipamentul va fi dotat cu 2 perechi de aplicatori magnetici 16x10x3,5 cm.,	ISO 13485 Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. inregistrare: DM000661253 Ordin de inregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	---	---	---	----------------------------	---------------	----------------	--	--	--

							Aplicator covoraș pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare. Lungime ~ 60-120 cm, lățime ~ 30-40 cm. sau echivalent ≥ 1 buc. Aplicator intensiv local Dimensiuni: lungime $\sim 15 \pm 2$ cm x 15 ± 2 cm Comutator pentru impulsuri localizate sau extinse sau echivalent ≥ 1 buc.	cod ACC615 (total 4 aplicatoare). Dispozitivul va fi dotat cu carucior, pe care va fi montat; Comutator pentru impulsuri localizate sau extinse sau echivalent ≥ 1 buc. – DA (echivalent) - funcție realizată prin utilizarea aplicatoarelor magnetice, care permit tratament focalizat sau pe arie extinsă, în funcție de poziționare și polaritate.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16