


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție: 5 din 23.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Refractometru	Abbenat 500	Austria	Anton-Paar	Domeiu de aplicare	Domeiu de aplicare	Refractometru Abbenat 500 este utilizat in conditii de laborator pentru masurarea indicelui de refractie si concentratiilor substantelor lichide, gelurilor si unor substante solide. Precizia înaltă până la ± 0,03 °C este atinsă printr-un modul Peltier cu control precis al temperaturii Peltier. Banca optică este sigilată și stabilizată la temperatură pentru a o proteja de influențele exterioare.
				Interval de măsurare	Interval de măsurare	1,26 ÷ 1,72 nD 0 ÷ 100 %Brix 4 ÷ 85 °C
				Rezoluția	Rezoluția	0,000001 nD 0,001 %Brix 0,01 °C
				Acuratețea	Acuratețea	0,00002 nD 0,015 %Brix 0,03 °C



	Accesorii	Echipamentul va fi însoțit de: Celulă curgătoare ce se va conecta la incinta de măsurare; Capac ermetic pentru probe volatile; Ustensile necesare pentru montare/demontare a celulei curgătoare.	Accesorii	Echipamentul va fi însoțit de: Celulă curgătoare ce se va conecta la incinta de măsurare; Capac ermetic pentru probe volatile; Toate accesoriile vor dispune de ustensile necesare pentru montare/demontare
	Soft de operare	Echipamentul va fi însoțit de soft de operare ce va permite efectuarea măsurărilor de la interfața calculatorului. De asemenea va permite exportul a datelor în format PDF și Excel.	Soft de operare	Donau Lab SRL va pune la dispoziția INM un soft de operare ce va permite efectuarea măsurărilor la refractometru de la interfața calculatorului. Softul va permite exportul datelor mai multe formate inclusiv formatele PDF și Excel.
	Certificat de conformitate	Echipamentul va fi însoțit de certificat de conformitate ce atestă buna funcționare și corespunderea cu declarațiile producătorului.	Certificat de conformitate	Echipamentul va fi însoțit de certificat de conformitate ce atestă buna funcționare și corespunderea cu declarațiile producătorului.
	Training	Furnizorul va asigura training pentru minimum două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului.	Training	Donau Lab SRL va asigura training pentru minimum două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului.
	Garanție	Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune.	Garanție	36 luni (3 ani) din data punerii în funcțiune.
	Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.	Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în engleză. sau rusă/română
Total lot 1				
TOTAL				

Semnat: 

Numele, Prenumele: Ștefan Egor În calitate de:

inginer

Ofertantul: Donau Lab SRL Adresa:

str. Mărilor 7, of. 17, Chișinău, MD-2003, Moldova

