

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-**  
**2005, bd. Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1773672875276 din 26.03.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## **DECLARAȚIE**

### **privind valabilitatea ofertei**

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:  
"Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților  
IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-  
b3wdp1-MD-1773672875276 din 26.03.2026

pentru o durată de 160 ( una sută șaizeci ) zile, respectiv până la data de  
02.09.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 24.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

### Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1773672875276 din 26.03.2026				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijele PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijele PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	2-10-02-240 2-10-02-260 2-10-02-280 2-10-02-300 2-10-02-320 2-10-02-340 2-10-02-360 2-10-02-380 2-10-05-240 2-10-05-260 2-10-05-280 2-10-05-300 2-10-05-320 2-10-05-340 2-10-05-360 2-10-05-380 2-10-17-300 2-10-17-320 2-10-17-340 2-10-17-360 2-10-17-380 2-10-20-300 2-10-20-320 2-10-20-340 2-10-20-360 2-10-20-380 DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL 130°	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijeii centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 2-3, Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Tijă este canulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - tijele au marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 130° față de axa tijeii centromedulare; - prezinta șurub de compresiune; - gaura distala e la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, se vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460837 DM000460839 DM000460841 DM000460842 DM000460844 DM000460846 DM000460848 DM000460850 DM000460851 DM000460853 DM000460856 DM000460858 DM000460860 DM000460862 DM000460864 DM000460865 DM000460867 DM000460869 DM000460871 DM000460873 DM000460874 DM000460876 DM000460878 DM000460880 DM000460882
1.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijele PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Surub zăvorăre distală	1-01-86-40 1-01-86-42 1-01-86-44 1-01-86-46 1-01-86-48 1-01-86-50 1-01-86-52 1-01-86-54 1-01-86-56 1-01-86-58 1-01-86-60 Self tapping locking screws 4,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 7, Diam 4,5 mm Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460826 DM000460827 DM000460828 DM000460829 DM000460830 DM000460831 DM000460832 DM000460833 DM000460834 DM000460835 DM000460836
1.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijele PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Surub canulat zăvorăre proximală	1-07-161-85, 1-07-161-90, 1-07-161-95 1-07-161-100 1-07-161-105 1-07-161-110 Lag screw, complete, 11 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 5, Diam 11,0 mm Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460883 DM000460884 DM000460882 DM000460885 DM000460886 DM000460887

2.1	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	33141028 33141030 33141032 33141034 33141036 33141038 33142028 33142030 33142032 33142034 33142036 33142038 NeoGen Tibia Nails, JJD V, diam 9 - 10 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm); - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală ațit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate; - Posibilitatea de a zăvoră în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.); - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 161,162 Tija Tibia reconstructivă canulată cu de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan -varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare atasata =NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique; - Tija e canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care permite implantarea fără alezaj; - poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) =NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique pag 1 imaginea; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele au marcajul producătorului; - prezinta șurub de compresie care realizeaza compactarea în focar; - obturatoare de 4 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta o gaură ovală în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare; - prezinta găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate; - Posibilitatea de a zăvoră în partea distală în 3 planuri (frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.); - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000491391 DM000491393 DM000491395 DM000491397 DM000491399 DM000491401 DM000491409 DM000491410 DM000491412 DM000491414 DM000491416 DM000491418
2.2	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Surub pentru zăvorăre,	33111030 33111035 33111040 33111045 33111050 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 4,5 mm 33112030 33112035 33112040 33112045 33112050 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 5,0 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Surub Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 160 Diam 4,5 - 5,0 mm Surub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000491444 DM000491446 DM000491448 DM000491450 DM000491452 DM000491472 DM000491474 DM000491478 DM000491480
2.3	Set instrumente	Set instrumente	269900 Instrument set	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariul are marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducerea a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000120954

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

## Specificații de Preț

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1773672875276 din 26.03.2026</b>											
		Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026</b>											
1.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	bucată	40	4 250.36	4 250.36	170 014.40	170 014.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-	
1.2	Surub zăvorăre distală	Surub zăvorăre distală	bucată	80	154.35	154.35	12 348.00	12 348.00		33100000-1	-	-	
1.3	Surub canulat zăvorăre proximală	Surub canulat zăvorăre proximală	bucată	40	786.08	786.08	31 443.20	31 443.20		33100000-1	-	-	
							<b>TOTAL LOT 1</b>	<b>213 805.60</b>	<b>213 805.60</b>			-	-
2.1	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	bucată	10	3 530.03	3 530.03	35 300.30	35 300.30	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-	
2.2	Surub pentru zăvorăre,	Surub pentru zăvorăre,	bucată	40	285.29	285.29	11 411.60	11 411.60		33100000-1	-	-	
2.3	Set instrumente	Set instrumente	bucată	1	<b>Instrumente în custodie</b>					33100000-1	-	-	
							<b>TOTAL LOT 2</b>	<b>46 711.90</b>	<b>46 711.90</b>			-	-
							<b>TOTAL Oferta</b>	<b>260 517.50</b>	<b>260 517.50</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Dmitrii Kojevnikov** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. OXIVIT-MED S.R.L** Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;  
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90  
tel. 022 808 002, 022 808 003  
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1773672875276 din 26.03.2026  
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării;

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.

Data completării: 24.03.2026

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L.

\_\_\_\_\_ (semnătura )