

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP AMT Botanica.

Numărul achiziției comerciale: 21015672, ocds-b3wdp1-MD-1575462748171.							Data: 09.01.2020	Alternativa n
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator.							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33696500-0	HbsAg	HBsAg	China	WT	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Metoda Elisa	HBs Ag . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33696500-0	Anti HCV	HCV-Ab	China	WT	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Metoda Elisa	Anti HCV . Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33696500-0	Anti Helicobacter pylori IgA	Anti-H. Pylori IgA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Metoda Elisa	Anti Helicobacter pylori IgA . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
11	33696500-0	Anti Helicobacter pylori IgG	Anti-H. Pylori IgM-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Metoda Elisa	Anti Helicobacter pylori IgG . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33696500-0	Alfafetoprotei	AFP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Metoda Elisa	Alfafetaproteina (AFP) . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
33	33696500-0	Cutii pentru transportarea frotiurilor efectuate, set 100 lame	Microscope slide boxes in shock resistant PS, 230x180x35mm - 100places	Italia	Aptaca	metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	Cutii pentru transportarea frotiurilor efectuate, set 100 lame. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
47	33696500-0	Test individual de depistare a singelului ocult în materii fecale	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Obligatoriu prezentarea mostrelor pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Test individual de depistare a singelului ocult în materii fecale. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
50	33696500-0	Lame bine șlefuite, 75x25mm, nesterile, ambulate cite 50-100 buc, grosimea 1,2mm	Slides 7101, width25.2-25.4mm,length - 7,5-8, thickness 1-1.2mm	China	RMD	-	Lame bine șlefuite, 75x25mm, grosimea 1,2mm, nesterile, ambulate câte 50-100buc.	ISO, CE.
52	33696500-0	Troponine	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	-	Test rapid-cartuș pentru determinarea Troponinei . Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
55	33696500-0	Container cu stativ pentru colorarea în poziție verticală a frotiurilor citologice	Staining jar for slides in TPX with 2 lids + Staining rack in PP for 20 slides 26x76 mm	Italia	Aptaca	-	Container cu stativ pentru colorarea în poziție verticală a frotiurilor citologice.	ISO, CE.
59	33696500-0	Eprubeta cu clod activator pentru separarea cât mai rapidă a serului, din plastic bine transparent, vacuată, vidată, fără gel, fără granule, 4ml, cu eticheta, 10x75mm, Cetrificat CE;	Vacuum Blood collection tube, Clot activator, vol. 4 ml	China	RMD	-	Eprubetă cu clod activator pentru separarea cât mai rapidă a serului, din plastic bine transparent, vacuată, vidată, fără gel, fără granule, 4ml, cu etichetă. Cetrificat CE.	ISO, CE.
60	33696500-0	Ac bilateral pentru recoltarea sângelui venos (obligatorie prezentarea mostrelor la solicitarea)	Needle 21G	China	RMD	-	Ac pentru recoltarea sângelui venos.	ISO, CE.
61	33696500-0	Holter - suport pentru ac la recoltarea sângelui venos (obligatorie prezentarea mostrelor la solicitarea)	Holder	China	RMD	-	Holter - suport pentru ac la recoltarea sângelui venos.	ISO, CE.
63	33696500-0	Proba cu timol (set 33ml) reagent concentrat	Tymol-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	-	Proba cu timol , (set 33ml), reagent concentrat.	ISO, CE.
64	33696500-0	Container pentru materii fecale, din plastic, cu lopațica, nesteril	Stool container, non-sterile, with label, 25ml -30ml	China	RMD	-	Container pentru materii fecale, din plastic, cu lopațică, nesteril.	ISO, CE.
65	33696500-0	Eprubeta cu K3EDTA vacuată (vidată) volum 2-3ml cu eticheta	Vacuum test tube, label, K3EDTA 3ml, in rack, with cap	China	RMD	-	Eprubetă cu K3EDTA vacuată (vidată) volum 2-3ml, cu etichetă.	ISO, CE.
81	33696500-0	Pipete getabile cu gradație de 1 ml	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	-	Pipete jetabile cu gradație, vol. 1ml, ambalate individual.	ISO, CE.
82	33696500-0	Lamele, 18x18mm	cover slide 18x18, 100pcs/box	China	RMD	-	Lamele 18 x 18mm.	ISO, CE.

83	33696500-0	Eprubete plastic conice fără capac, polisterol, bine transparente, 10ml, centrifuge	10ml conical test tubes - graduated, with rim. in PS Ø 16x100mm	Italia	Aptaca	obligatoriu prezentarea monstrelor pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Eprubete din plastic, conice fără capac, din polisterol, bine transparente, 10ml, pentru centrifugare.	ISO, CE.
84	33696500-0	Container plastic pentru urină, cu capac bine filetat, nesteril, volumul 100-120 ml, cu etichetă de hîrtie, din plastic dur. Prezentarea mostrelor pentru testare	Urine container 120 ml in PP with red screw cap apart, with frosted label	Italia	FL	obligatoriu prezentarea monstrelor pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Container din plastic pentru colectarea urinei, cu capac bine filetat, nesteril, volumul 100-120ml, cu etichetă de hîrtie, din plastic dur.	ISO, CE.
87	33696500-0	Eprubetă cu citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, în stativ, vacumate	Vacuum Blood collection tube, sodium citrate, vol. 3 ml	China	RMD	obligatoriu prezentarea monstrelor pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Eprubetă cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2,5ml, cu capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, în stativ, vacumate.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 09.01.2020

Valabilitatea ofertei - 30 zile.