

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1697806626289					Data: „10” Noiembrie 2023		
Denumirea licitației:		Achiziția sisteme pentru monitorizare continuă a glicemiei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2024”							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
3310000-1	2	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	Glucose sensor S9 (REF: MD3660)	China	MEDTRUM TECHNOLOGIES INC.	<p>În cazul în care Senzorii pentru monitorizare continuă a glicemiei, nu sunt compatibili cu transmițătorul aflate în dotare (A7+Touch Care MD1026), operatorul economic va asigura cu titlu gratuit minim 8 transmițătoare, compatibile cu senzorii ofertați.</p> <p>Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L Durata de viață senzorului ≥ 7 zile; Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători Notă: Se acceptă senzori cu transmițători încorporați.</p>	<p>Se vor oferi cu titlu gratuit 8 transmițători de model Medtrum Touchcare Transmitter S9, REF: MD1160 (următoarea generație după sistemul A7+). Transmițătorul este compatibil cu senzorul oferat. A se vedea Description EasySense S9 CGM V1.02 Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <2.2 mmol/L, a se vedea „Description S9 CGM.pdf”; valoare maximă ≥ 22,2 mmol/L - a se vedea „Description S9 CGM.pdf”; Durata de viață senzorului: 14 zile, a se vedea „Description S9 CGM.pdf” Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless -Da. • Conectarea cu un nr. nelimitat de urmăritori prin intermediul aplicației EasyFollow, a se vedea „Description S9 CGM.pdf” Avantaje ale sistemului: - Timp de încălzire de 30 de minute. - Nu necesită calibrare, dar este posibilă. - Baterie integrată în senzor, nu necesită încărcare. - Acuratețe de 9.7% MARD</p>	DOC, CE, ISO, Se atașează dosarul de înregistrare la AMDM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4