



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Ag02-1589 din " 26.04 " 2019

VIVAMED INTERNATIONAL SRL

info@vivamed-int.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551426211712 din 19.03.2019 "Achiziționarea materialelor de sutură conform necesităților IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019 repetat”, Vă comunică că conform deciziei din 26.04.2019 oferta Dvs. nu a fost acceptată pentru loturile menționate mai jos din următoarele motive:

Nr. d/o	Denumire bunurilor/serviciilor solicitate	Obiecții
5	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde, lungimea, s-a solicitat 90cm, s-a prezentat 75cm
11	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Lipsa mostrei face imposibila evaluarea
12	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Lipsa mostrei face imposibila evaluarea
18	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu se accepta: In baza evaluarii mostrei respective anul trecut, sutura s-a dezintegrat in timpul actului microchirurgical la finele interventiei sutura s-a rupt.
19	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu se accepta: In baza evaluarii mostrei respective anul trecut, sutura s-a dezintegrat in timpul actului microchirurgical, la finele interventiei sutura s-a rupt. Mostre nu au fost prezentate anul curent.
20	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu se accepta: Lipsa mostrei nu a putut face evaluarea intraoperatorie. Lipsa experientei utilizarii anterioare.
21	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu se accepta: Lipsa mostrei nu a putut face evaluarea intraoperatorie. Lipsa experientei utilizarii anterioare.
24	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Dupa codul din catalog, nu corespunde diametrul solicitat - 0,14mm, oferit 0,22mm.

25	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde, lungimea, s-a solicitat 6.0mm, s-a prezentat 6.2mm, diametrul solicitat 0,2mm, oferit 0,15mm
26	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde, culoarea solicitata - verde, oferit alb, diametrul acului solicitat 0,33mm, oferit 0,30mm, curbura solicitata 1/4, oferit 3/8
28	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde, lungimea, s-a solicitat 16mm, s-a oferit 16,15mm. Lipsa mostrei nu a putut face evaluarea intraoperatorie. Lipsa experientei utilizarii anterioare.
30	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde, lungimea acului solicitata 5,5mm, s-a prezentat 6.0mm si diametrul solicitat 0,20mm, oferit 0,22mm. Lipsa mostrei nu a putut face evaluarea intraoperatorie. Lipsa experientei utilizarii anterioare.
31	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde, lungimea acului solicitata 6,5mm, s-a prezentat 6.0mm. Lipsa mostrei nu a putut face evaluarea intraoperatorie. Lipsa experientei utilizarii anterioare.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde Cerințelor obligatorii conform pct.15 expuse în Anunțul de Participare.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci