

Specificații tehnice Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747030508652 din 12.05.2025							
Obiectul achiziției: Dispozitiv medical oftalmologic pentru a. 2025(repetat)							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1. Tonometru portabil	Rebound-Tonometer SW-500	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.	Conform specificației tehnice (Anexa nr.1)	Parametru Specificație Dimensiuni maxime: 29 mm (l) * 90 mm (H) * 215 mm (L) Greutate maxima: 140g (fara baterii), 190g (2xbaterii AA) Alimentare: 2 baterii x AA DC3V Interval de masurare minim: 3-70 mmHg Precizie: ± 1.5mmHg(3mmHg≤intraocular pressure≤25mmHg); ± 2.5mmHg(25mmHg< intraocular pressure≤70mmHg; Repetabilitate (coeficient de variatie): <8% Precizia de afisare: 1 mmHg Unitate de afisare: milimetri de mercur (mmHg) Transport și depozitare: Temperatura ambientală: -20°C~+55°C Umiditate relativă: ≤95% Presiune atmosferică: 500 hPa ~ 1060 hPa Funcționare: Temperatura ambiantă: +5°C~ +40°C Umiditate relativă: ≤80% Presiune atmosferică: 700hPa~1060hPa Mod de operare: Continuu Cerințe Include: - 200 buc. sonde de unica folii	Certificate CE, ISO 13485, ISO 9001 Declaration of Conformity

						- geanta antisoc.	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Bas Dumitru În calitate de: Director

Ofertantul: SRL OPTIC-LUX Adresa: or.Chişinău str.31 August,101