

LD ocds-b3wdp1-MD-1773656164619

Achiziționarea serviciilor de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, anul 2026

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta;
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;
3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă;
4. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire/ Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis;
6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicițarea autorității contractante;
7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante;
8. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție;
9. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicițarea Beneficiarului în max. **12 ore** din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului;
10. **Stațiunile tehnice**, nu vor depăși mai mult de **1-2 zile calendaristice**. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris);
11. **Stațiunile tehnice** din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. **5 zile lucrătoare**;
12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.

Andrei Botnaru
Directo Neotec SRL