

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21012603. ID ocde-b3wdp1-MD-1569569049857.							Data: 04.11.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020.							Lot:	pag. 1 din 8
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

****Analizorul Finecare Fia Meter Plus va fi oferit gratis pentru perioada de folosire a reagenților.***

Consumabile, reagenți p-u analizatorul imunologic FIA 8000.

1	33100000-1	cTroponinI pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	cTnl	China	Wondfo	cTroponinI pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	cTroponinI, test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
2	33100000-1	NT pro BNP pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	NT-proBNP	China	Wondfo	NT pro BNP pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	NT pro BNP, test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
3	33100000-1	D-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	D-Dimer	China	Wondfo	D-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	D-dimeri, test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
4	33100000-1	mAlb pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	MAU	China	Wondfo	mAlb pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ	mAlb, test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
5	33100000-1	PCT pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test pentru depistarea sepsis-lui	PCT	China	Wondfo	PCT pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test pentru depistarea sepsis-lui	PCT, test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
6	33100000-1	Control troponin pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele	Troponin I Controls are supplied at 3 levels	China	Wondfo	Control troponin pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele	Control troponin cu 3 nivele, compatibil cu analizatorul imunologic cantitativ analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.
7	33100000-1	Control d-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 cu 3 nivele	D-Dimer controls are supplied at 3 levels	China	Wondfo	Control d-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 cu 3 nivele	Control d-dimeri cu 3 nivele, compatibil cu analizatorul imunologic cantitativ analog Finecare Fia Meter Plus.	ISO, CE.

Reagenți și consumabile compatibile cu coagulometru "COATRON X Pro".

1	33100000-1	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin MIC compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml	Prothrombin-DAC-ISI	Moldova	Dac-Spectromed	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin MIC compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin MIC compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml.	ISO, CE.
2	33100000-1	Plasma de control normală human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin,protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml.	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	Plasma de control normală human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin,protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml.	Plasma de control normală human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Același producător ca și tromboplastin, protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2ml.	ISO, CE.
3	33100000-1	Plasma de control patologica human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin, protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Plasma de control patologica human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin,protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml	Plasma de control patologică human cu parametri IP, INR, APTT, după Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Același producător ca și tromboplastin, protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2ml.	ISO, CE.

4	33100000-1	Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat	Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen, protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat.	ISO, CE.
5	33100000-1	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml.	APTT-DAC-EA	Moldova	Dac-Spectromed	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml.	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic. Același producător ca și tromboplastin, protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-4ml.	ISO, CE.
6	33100000-1	Cuvete de reacție pentru coagulometru "Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producator	Cuvettes for Coatron X, specific cuvettes for high quality results	Germania	Teco	Cuvete de reacție pentru coagulometru "Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producator	Cuvete de reacție pentru coagulometru "Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producător.	ISO, CE.

1	33100000-1	Bilirubina Calibrator universal	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Bilirubina Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml	Bilirubina - Calibrator universal pentru calibrarea bilirubinei totale și bilirubinei directe. Ambalaj: Fl. 3-5ml.	ISO, CE.
2	33100000-1	Kaliu (Potasium)	Potassium-DAC Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Kaliu(Potasium), in set sa fie inclus standart de K. Metoda de determinare: Fotometrică cu sedimentare	Kaliu (Potasium), cu standart inclus în set. Fotometrică.	ISO, CE.
3	33100000-1	Natriu (Sodium)	Sodium-DAC Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Natriu(Sodium) ,in set sa fie inclus standart de Na. Metoda de determinare: Fotometrică cu sedimentare	Natriu (Sodium) cu standard inclus în set. Fotometrică cu sedimentare.	ISO, CE.
4	33100000-1	HDL-colesterol	Chol HDL-DAC Lq	Moldova	Dac-Spectromed	HDL-colesterol Marcaj CE, Metoda de determinare Fermentative cu sedimentare, reagent lichid stabil gata pentru folosire. Ser, plazma EDTA. Limita minimă de detecție≤0,3. Coeficientul de variație intraserial ≤1,5. Coeficientul variație extraserial ≤ 2,0. Standart inclus in set.	HDL-colesterol Marcaj CE. Fermentativă cu sedimentare, cu standard inclus în set. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
5	33100000-1	D-dimeri	D-Dimer-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	D-dimeri Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml.	D-dimeri . Metoda de determinare calitativă și semicantitativă latex reagent, ambalaj: flacoane 1-2ml.	ISO, CE.
6	33100000-1	RPR-Carbon	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	RPR-Carbon Metoda RPR pentru determinarea sifilis setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv negativ	RPR-Carbon . Metoda RPR pentru determinarea sifilis, setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv și negativ.	ISO, CE.
7	33100000-1	Control ser Normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Control ser normal. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali: proteina totala, albumina, urrea creatinina, bilirubina totala si directa, glucoza ALAT, ASAT, a-amilaza, colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. fl.3-5ml.	Control normal în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
8	33100000-1	Control ser Patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Control ser patologic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa, glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.	Control patologic în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
9	33100000-1	Investigații imunologice	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	ASLO-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	ASLO -Latex pentru investigatiile calitative și semicalitative metoda latex, cu control negativ și pozitiv inclus în set. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
10	33100000-1	Investigații imunologice	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	RF-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	RF -Latex pentru investigatiile calitative și semicalitative metoda latex, cu control negativ și pozitiv inclus în set. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
11	33100000-1	Investigații imunologice	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	CPR-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro, in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	CRP -Latex pentru investigatiile calitative și semicalitative metoda latex, cu control negativ și pozitiv inclus în set. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
12	33100000-1	Troponin I	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-1ng/ml.	Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-1ng/ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.

13	33100000-1	Hemoglobina cu ferocianid,	Hb Chr-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Hemoglobina cu ferocianid pentru determinarea fotocolorimetrică a hemoglobinei ,metoda manuala	Hemoglobina fără ferocianid pentru determinarea fotocolorimetrică a hemoglobinei, metoda manuală. Reagent concentrat 3fl x 10ml = 3000ml reagent de lucru.	ISO, CE.
14	33100000-1	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	Catridj, test p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale.	ISO, CE.
15	33100000-1	Eprubete din polipropilen V-10ml	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Eprubete din polipropilen V-10ml fara capac	Eprubete din polipropilen, V-10ml, fără capac.	ISO, CE.
16	33100000-1	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	Eprubete din polipropilen cu Citrat de Na 3,8%, pentru coagulogramă, vol. 2.5ml.	ISO, CE.
17	33100000-1	Pipete automate 200-1000mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Pipete automate 200- 1000mc	Pipete automate cu volum ajustabil 20-1000mcl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.	ISO, CE.
18	33100000-1	Pipete automate 0-50mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Pipete automate 0-50 mcl	Pipete automate cu volum ajustabil 5-50mcl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.	ISO, CE.
19	33100000-1	Virfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	Eppendorf Tip, 10ul	China	RMD	Virfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	Vârfuri albe p-u pipette automate, tip Eppendorf, vol. 1-10mkl.	ISO, CE.
20	33100000-1	Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml	Container 220ml, with label, non-sterile, 500/ctn	China	Dong	Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml	Container p-u urină nesteril (capac din plastic), vol. 200-220ml.	ISO, CE.
21	33100000-1	Microcuvete p/u Cuatron A-1	Colorimetric cup,German TECO 1Hole, 2000pcs*17bags	China	Dong	Microcuvete p/u Cuatron A-1	Microcuvete p/u Cuatron M-1	ISO, CE.
22	33100000-1	ASAT (GOT)	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	ASAT (GOT) (Fl. cu vol. 40-200ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5	ASAT (GOT), (Fl. cu vol. 40-200ml), Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
23	33100000-1	ALAT (GPT)	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	ALAT (GPT), (Fl. cu vol. 40-200ml), Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
24	33100000-1	Albumina (Albumin)	Albu-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15. Coeficientul de variație extraserial: <0,15	Albumina (Albumin), (Fl. cu vol. 40-200ml), cu standard inclus în set, Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
25	33100000-1	Bilirubina totală (Total Bilirubin)	Bili-T DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 5.0. Coeficientul de variație extraserial: < 5.0	Bilirubina totală (Total Bilirubin), (Fl. cu vol. 40-200ml), Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

26	33100000-1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	Bili-D DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01	Bilirubina directă (Direct Bilirubin), (Fl. cu vol. 40-200ml), Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
27	33100000-1	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)	ALP-DEA-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase). (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 3.0. Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase), (Fl. cu vol. 50-100ml). Determinare CINETICĂ. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
28	33100000-1	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	Amylo D-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 5.0. Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	Alfa-Amilaza (alfa-Amylase), (Fl. cu vol. 50-100ml). Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
29	33100000-1	Creatinina (Creatinine)	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05. Coeficientul de variație extraserial: < 0.05	Creatinina (Creatinine), (Fl. cu vol. 100-200ml), cu standard inclus în set. Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
30	33100000-1	Calciu (Calcium)	Calcium Cr-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Calciu (Calcium). (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3	Calciul (Calcium), (Fl. cu vol. 50-100ml), cu standard inclus în set. Fotometrică cu crezolftaleină. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
31	33100000-1	Cholesterol total (Cholesterol)	Chol-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 2.0. Coeficientul de variație extraserial: < 2.5	Cholesterol total (Cholesterol), (Fl. cu vol. 100-200ml), cu standard inclus în set, Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
32	33100000-1	Gamma-GT (Gamma-GT)	GGT-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Gamma-GT (Gamma-GT). (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 1.5. Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	Gamma-GT (Gamma-GT), (Fl. cu vol. 40-100ml). Fotometrică fermentativă, determinare cinetică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

33	33100000-1	Glukoza (Glucose)	Gluko-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Glukoza (Glucose). (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 7.0. Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Glukoza (Glucose), (Fl. cu vol. 50-150ml), cu standard inclus în set, Fotometrică cu GOD-PAP. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
34	33100000-1	Fier (Iron)	Iron Ferr-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 3.0. Coeficientul de variație extraserial: < 4.0	Fier (Iron), (Fl. cu vol. 40-100ml), cu standard inclus în set, Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
35	33100000-1	LDH (LDH)	LDH-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	LDH (LDH). (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 10,0. Coeficientul de variație extraserial: < 8,0	LDH (LDH), (Fl. cu vol. 40-100ml). Fotometrică fermentativă, determinare cinetică.	ISO, CE.
36	33100000-1	Magneziu (Magnesium)	Magne-DAC Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Magneziu (Magnesium). (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR.. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 0.03. Coeficientul de variație extraserial: < 0.06	Magneziu (Magnesium), (Fl. cu vol. 40-100ml), cu standard inclus în set, Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
37	33100000-1	Proteina Totală (Total Protein)	Prote-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată	Proteina Totală (Total Protein), (Fl. cu vol. 50-100ml), cu standard inclus în set, Fotometrică cu biuret. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
38	33100000-1	Trigliceride (Triglycerides)	TG-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Trigliceride (Triglycerides) (Fl. cu vol 100-200ml) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 3.5. Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Trigliceride (Triglycerides), (Fl. cu vol. 100-200ml), cu standard inclus în set. Fotometrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
39	33100000-1	Uree (Urea)	Ure UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 2.0. Coeficientul de variație extraserial: < 3.5	Uree (Urea), (Fl. cu vol. 40-200ml), cu standard inclus în set, Cinetică ureaze UV. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

40	33100000-1	Acidul Uric (Uric Acid)	Uric Acid-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 0.1. Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	Acidul Uric (Uric Acid), (Fl. cu vol. 40-100ml), cu standard inclus în set, Fotometrică fermentativă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
41	33100000-1	LDL Colesterol (LDL Cholesterol)	Chol LDL-Direct. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 1.5. Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	LDL Cholesterol (LDL Cholesterol), (Fl. cu vol. 40-100ml). Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
42	33100000-1	HDL Colesterol (HDL Cholesterol)	Chol HDL-Direct. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	HDL Colesterol (HDL Cholesterol). (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 1.5. Coeficientul de variație extraserial: < 2.0	HDL Cholesterol (HDL Cholesterol), (Fl. cu vol. 40-100ml). Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fără sedimentare. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
43	33100000-1	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale)	CK-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale). (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 2,0. Coeficientul de variație extraserial: < 2,5.	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale), (Fl. cu vol. 20-50ml). Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
44	33100000-1	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)	CK-MB-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB). (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 2,0. Coeficientul de variație extraserial: < 2,5	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB), (Fl. cu vol. 20-50ml). Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
45	33100000-1	Proba cu timol	Tymol-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Proba cu timol. (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.5 mg/dl. Coeficientul de variație intraserial: < 5.0. Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	Proba cu timol , (Fl. cu vol. 20-50ml). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Consumabile, reagenți p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,

1	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Norma.	D-Check 18Normal	Ungaria	Diagon	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Norma.	Material de control Normal p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.
2	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Low.	D-Check 18Low	Ungaria	Diagon	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Low.	Material de control Low p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.

3	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, High.	D-Check 18High	Ungaria	Diagon	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, High.	Material de control High p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.
4	33100000-1	Soluție de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Abaton Diluent	Ungaria	Diagon	Solutie de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Soluție de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.
5	33100000-1	Soluție de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Abalyse	Ungaria	Diagon	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Soluție de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.
6	33100000-1	Soluție de spălare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Abaclean	Ungaria	Diagon	Solutie de spalare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Soluție de spălare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.
7	33100000-1	Soluție de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Solutie de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Soluție de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,.	ISO, CE.

Consumabile, reagenți p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600.

1	33100000-1	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	M-30D Diluent	China	Mindray	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Soluție de diluare compatibilă cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
2	33100000-1	Soluție de spălare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	M-30R Rinse	China	Mindray	Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Soluție de spălare Rinse compatibilă cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
3	33100000-1	Soluție de lizare pentru analizatorul Hematologic Mindray BC3600	M-30CFL Lyse	China	Mindray	Solutie de lizare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Soluție de lizare compatibilă cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
4	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal.	BC-3D 1N	China	Mindray	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal.	Material de control Normal, compatibil cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600, set 1fl x 3ml.	ISO, CE.
5	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low.	BC-3D 1L	China	Mindray	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low.	Material de control Low, compatibil cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600, set 1fl x 3ml.	ISO, CE.
6	33100000-1	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High.	BC-3D 1H	China	Mindray	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High.	Material de control High, compatibil cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600, set 1fl x 3ml.	ISO, CE.
7	33100000-1	Calibrator pentru analizatorul Mindray BC3600	SC-CAL PLUS	China	Mindray	Calibrator pentru analizatorul MindrayBC3600	Calibrator compatibil cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
8	33100000-1	Soluție de spălare p-u fiecare zi (probe cleaner) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Probe cleanser (for BC-3600)	China	Mindray	Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleaner) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Soluție de spălare p-u fiecare zi (probe cleaner) compatibilă cu analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
9	33100000-1	garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600	Wipe Block	China	Mindray	garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600	Garnitură pentru ac, pentru analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
10	33100000-1	Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Filter	China	Mindray	Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600	Filtru, pentru analizatorul hematologic Mindray BC-3600.	ISO, CE.
11	33100000-1	Hirtie termica dimensiune 50mm	Printer Paper	Italia	Aptaca	Hirtie termica dimensiune 50mm	Hârtie termică, dimensiuni 50mm.	ISO, CE.

Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit.

1	33100000-1	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit	Diluent	China	Urit	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit	Soluție de diluare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 20litri.	ISO, CE.
2	33100000-1	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit.	Lytic Reagent	China	Urit	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit.	Soluție de lizare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 0,5litri.	ISO, CE.
3	33100000-1	Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit.	Detergent	China	Urit	Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit.	Soluție de curățare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 5litri.	ISO, CE.

4	33100000-1	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight.	CBC-3D HQ-3DIFF Hematology Controls	China	Urit	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight.	Material de control hematologic pentru analizatorul hematologic Urit, cu 3 nivele: Low, Normal, High. Set 3fl x 3ml.	ISO, CE.
5	33100000-1	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi)	Probe Cleaner	China	Urit	Diaclean Cell (soluție de spalare fiecare zi)	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi) pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 100ml.	ISO, CE.
PCR high sensitivity pentru analizatorul imunologic FIA 8000 C3:C5C15C3C3:C11								
1	33100000-1	PCR high sensitivity pentru analizatorul imunologic FIA 8000 C3:C5C15C3C3:C11	PCT	China	Wondfo	PCR high sensitivity pentru analizatorul imunologic FIA 8000 C3:C5C15C3C3:C11	PCR high sensitivity (C3:C5C15C3C3:C11), test cantitativ-casetă, compatibil cu analizatorul imunologic analog Finecare Fia Meter Plus propus în lotul I din ofertă: Analizorul Finecare Fia Meter Plus va fi oferit gratis pentru perioada de folosire a reagenților.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 04.11.2019
Valabilitatea ofertei - 60 zile.