

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1686930755551** din **16 iunie 2023**

Obiectul achiziției: **Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
207	Freze fisurale cu marcaj roșu, nr. 010						ISO
207.2	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010	Freze diamantate	Japonia	Mani	diamantate pentru turbină, nr. 010	Freze diamantate pentru turbină, nr. 014, rezistă pentru orice tip de sterilizare, pot fi utilizate cu performanțe de lungă durată Toate frezele sunt fabricate sub controlul strict al calității.Culorile de pe fundalul catalogului se refera la viteză maximă de rotație la care se poate utiliza freza: Roșu pentru max.160.000 rot/minut Coduri culori (de pe freza) în funcție de granulația diamantului conform I.S.O: Roșu: Fină F -53-63μ	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Benderschi Tamara** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Prodent-Com SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Str. Teilor 9/4**