

Specificații tehnice (F4.1)									
Numărul licitației:			LP nr. 21042703					Data: „03”.09. 2021	nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022					Lot: indicate	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Endurity SR	USA	St.Jude Medical	Electrocardiostimulator monocameral SR cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru – 6-7 F, cu fixarea active.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	2	Electrocardiostimu-lator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Endurity DR	USA	St.Jude Medical	Electrocardiostimulator bicameral DR cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale cu lungimea 52- 65 cm, diametru – 6-7 F, cu fixarea active.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Ellipse DR	USA	St.Jude Medical	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR inclusiv cu electrod atrial, diametru 52-58cm și electrod ventricular de stocare lungimea 58-65 cm, diametru – 7-9 F, de tip DF4	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Ellipse VR	USA	St.Jude Medical	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR inclusiv cu electrod endocardial de socare lungimea 58-65 cm, diametru – 7-9 F, de tip DF4	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Allure	USA	St.Jude Medical	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru – 6-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru – 6-7 F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru – 4.5-6F fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curbururi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d. 0.014	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	6	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Peel Away	USA	St.Jude Medical	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6-10F	Conform anuntului	EC/ISO certificat

33100 000-1	7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	FastCath	USA	St.Jude Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	8	Registrator implantabil de tip "loop-recorder"	Registrator implantabil de tip "loop-recorder"	Confirm AF	USA	St.Jude Medical	Registrator implantabil de tip "loop-recorder", durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	10	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Pacel Bipolar	USA	St.Jude Medical	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolară, d- 5-6F.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	12	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	Fastcath	USA	St.Jude Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	13	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Supreme	USA	St.Jude Medical	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Conform anuntului	EC/ISO certificat

33100 000-1	14	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Inquiry	USA	St.Jude Medical	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110, 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	15	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Livewire	USA	St.Jude Medical	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6, 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	16	Cateter electrod ablație cu RF	Cateter electrod ablație cu RF	Therapy	USA	St.Jude Medical	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni-sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici	Conform anuntului	EC/ISO certificat

33100 000-1	17	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Therapy Cool Path Duo	USA	St.Jude Medical	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă - 70 W, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	18	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Cable	USA	St.Jude Medical	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	19	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Cable	USA	St.Jude Medical	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	20	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Cable	USA	St.Jude Medical	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	22	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Cool Point Tubing set	USA	St.Jude Medical	Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	Conform anuntului	EC/ISO certificat
33100 000-1	23	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	Ensité Electrode Kit	USA	St.Jude Medical	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical)	Conform anuntului	EC/ISO certificat

Semnat: _____

Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor

În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL

Adresa: mun. Chișinău,

str. Tighina, 65, of. 607