

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6 8,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758036273028 16.09.2025
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini
CPV: 24300000-7 - Produse chimice anorganice și organice de bază

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului oferat	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24300000-7	34	Program de Observație pentru Diagnosticul Autismului - 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule®,	Program de Observație pentru Diagnosticul Autismului - 2 (Autism Diagnostic Observatio	W-605S	SUA	WPS	Formare specifică în administrarea și interpretarea ADOS-2 Versiune: ADOS-2 (A doua ediție) Module incluse: Modul Toddler (copii sub 30 de luni)	Formare specifică în administrarea și interpretarea ADOS-2 Versiune: ADOS-2 (A doua ediție) Module incluse: Modul Toddler (copii sub 30 de luni)	https://www.wpspublish.com/ados-2-autism-diagnostic-observation-schedule-second-edition

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
		Second Edition) (Kitul ADOS-2 5x (scorare manuală)	n Schedule®, Second Edition) (Kitul ADOS-2 5x (scorare manuală)-				Module 1-4 (pentru copii, adolescenți și adulți, în funcție de nivelul de limbaj)		
	61	Lame de adeziune Superfrost Plus pentru IHC	Lame de adeziune Superfrost Plus pentru IHC- Epredia Slide Superfrost PlusWhite	J1800AMN Z	OLAND A	EPREDIA NETHERLANDS B.V.	Lame de adeziune Superfrost silanate pentru IHC. Ambalaj: cutie 72 bucăți	Lame de adeziune- Slide Superfrost Plus White silanate pentru IHC, 25x75x1 mm Ambalajate la cutie de 72 bucăți	DM0007988 33_06/12/2024+ BROSURA LOT 61
	101	Syringe Filter CA, 0.45 μm, 25 mm	Syringe Filter CA, 0.45 μm, 25 mm	SFCA02504 5NA	CHINA	MEMMBRANE SOLUTION	Filtr de seringă din acetat de celuloză. Dispozitivele de filtrare pentru seringi de unică folosință din acetat de celuloză (CA) Aijiren sunt concepute pentru a asigura filtrarea clară a soluțiilor apoase și organice din volume mici până la 100 ml. Pentru analize chimice HPLC;	Filtrul de seringă este din acetat de celuloză. Dispozitivele de filtrare pentru seringi de unică folosință din acetat de celuloză (CA) sunt concepute pentru a asigura filtrarea clară a soluțiilor apoase și organice din volume mici până la 100 ml pentru analize chimice HPLC;	BROSURA LOT 101

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
							Membrană: acetat de celuloză (CA) Dimensiunea porilor: 0,22 um / 0,45 um Diametru: 13 mm / 25 mm Material carcasă: olipropilenă (PP) Volum proces (ml): 13 mm <10 ml; 25 mm <100 ml. Ambalaj: set 100 bucăți. Certificat ISO"	Membrană: acetat de celuloză (CA) Dimensiunea porilor: 0,45 um Diametru: 25 mm Material carcasă: Polipropilenă (PP) Volum proces (ml): 25 mm <100 ml. Ambalaj: set 100 bucăți. Producatorul detine Certificat ISO9001 si 13485.	
	249	Set de protecție HPLC	Set de protecție HPLC	307337	GERMANIA	SCAT	Setul include: • Capac cu filet (Safety Cap III), GL45, cu 2-4 porturi integrate (minimum 4buc.) • Valvă de aer (minimum 4buc.) • Capac pentru deșeuri (Safety Waste Cap), GL45 (minimum 1buc.) • Canistră de 5 litri, din PP sau PE-HD (minimum 1buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 2,3 mm OD,	Set de protecție HPLC , include: • Capac cu filet (Safety Cap III), GL45, cu 2-4 porturi integrate (4buc.) • Valvă de aer (4buc.) • Capac pentru deșeuri (Safety Waste Cap), GL45 (1buc.) • Canistră de 5 litri, din PE-HD (1buc.) • Fitting din PFA cu ferulă integrată, 2,3 mm OD, violet (5buc.)	<i>BROSURA LOT 249</i>

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
							violet (minimum 5buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 1,6 mm OD, verde (minimum 5buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 3,2 mm OD, albastru (minimum 10 buc.) • din PP sau PFA (minimum 10 buc.) • Conector drept, 6 – 8 mm ID (minimum 2buc.) • Conector curbat, 5,0 – 11,5 mm ID (minimum 1buc.) • Conector unghiular, 9,5 – 10 mm ID (minimum 1buc.)	• Fitting din PFA cu ferulă integrată, 1,6 mm OD, verde (5buc.) • Fitting din PFA cu ferulă integrată, 3,2 mm OD, albastru (10 buc.) • din PFA blind plug (10 buc.) • Conector drept, 6 – 8 mm ID (2buc.) • Conector curbat, 5,0 – 11,5 mm ID (1buc.) • Conector unghiular, 9,5 – 10 mm ID (1buc.) + 4 x Sticle de laborator DURAN, GL45, 1000 ml, sticlă transparentă, rotundă, cu capac și inel	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 07.10.2025