

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1757598567074/21474778 din: 11.09.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile	BD-DF	China	SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; Piese reutilizabile; Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); Unghiul de vizualizare: ≥60°; Unghi de deflexie a camerei: minim 0°~130°; Camera: Iluminare: ≥150 LUX; Rezolutie: 1280 * 720 px; Functie imagine / Video: Da; Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor Memorie: card memorie minim 8 GB. Baterie: Baterie reincarcabila; Încărcătorul inclus; Timp de utilizare: > 240 de minute; Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie MAC1- pediatrie MAC2- adulti tineri MAC3- adulti MAC4- adulti maturi D blade- intubare dificila minim 3 Lame la alegerea beneficiarului	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. DA MODEL BD-DF DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF Reusable video laryngoscope Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Unghiul de vizualizare: ≥60°; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Unghi de deflexie a camerei: minim 0°~130°; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Camera: Iluminare: ≥150 LUX; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Rezolutie: 1280 * 720 px; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Functie imagine / Video: DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Memorie: card memorie 32 GB. PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Baterie: Baterie reincarcabila; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Încărcătorul inclus; DA, PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Timp de utilizare: > 240 de minute; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC1- pediatrie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC2- adulti tineri DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC3- adulti DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC4- adulti maturi DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope D blade- intubare dificila DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope minim 3 Lame la alegerea beneficiarului DA	CE, ISO

9	Cicloergometru	CRG 200 v.6-1	Polonia	ASPEL S.A	bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetică Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.	bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetică Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.	CE, ISO
12	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	KC-60X + No.4 Angle rotor	China	Hunan Michael Laboratory Instrument Co.,Ltd.	Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 DA, PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Maximală, rpm 6000, CU POSIBILITATEA AJUSTARII PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Setări setarea vitezei DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml DA PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Numărul de tuburi 24 unitati DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Timer Diapazon minim de timp 1s -99 min Incrementarea ≤1 min DA PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Debalansare obligatoriu DA , PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Pornire/oprire obligatoriu DA , PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Capac deschis obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Display Digital obligatoriu LED DISPLAY PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Nivelul de zgomot ≤ 58 dB PAD 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu DA, PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge	DoC, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4