

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748513538465 din 3 iun 2025, 14:00 - 6 iun 2025, 14:00

Obiectul achiziției: Detergenți și dezinfectanți pentru reprocesarea endoscoapelor

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 60 00 00 -6	1.1	Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat ETD-4 din proiectul JICA) (ambalaj ≤ 5 litri)	CETD	Germania	Ecolab/ Olympus	Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română. Cerințe tehnice: - produs concentrat lichid; - < 5 % nonionic surfactanti; - < 5 % NTA; - enzime; - inhibitori de coroziune; - dizolvanti; - agenți de complexare; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani. De prezentat la livrare: Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat - copie sau original. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie. De indicat codul produsului, conform catalogul. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale	Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română. Cerințe tehnice: - produs concentrat lichid; - < 5 % nonionic surfactanti; - < 5 % NTA; - enzime; - inhibitori de coroziune; - dizolvanti; - agenți de complexare; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani. De prezentat la livrare: Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat - copie sau original. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie. De indicat codul produsului, conform catalogul.	DM00005 1457

						*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis. Toate actele semnate electronic.		
33 60 00 00 -6	1.2	Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat ETD-4 din proiectul JICA) (ambalaj ≤ 5 litri)	DETD	Germania	Ecolab/ Olympus	Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, sporicidă; Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română. Cerințe tehnice: - ambalaj: ≤ 5 litri; - pe bază de glutaral aldehydă; - produs lichid; - inhibitori de coraziune; - dizolvanți; - agenți de complexare; - termen de valabilitate ≥ 2 ani; De prezentat la livrare: Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat - copie sau original. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie. De indicat codul produsului, conform catalogul. * În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)	Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, sporicidă; Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română. Cerințe tehnice: - ambalaj: ≤ 5 litri; - pe bază de glutaral aldehydă; - produs lichid; - inhibitori de coraziune; - dizolvanți; - agenți de complexare; - termen de valabilitate ≥ 2 ani; De prezentat la livrare: Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat - copie sau original. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie. De indicat codul produsului, conform catalogul.	DM00005 1462

						* În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**