

Numarul procedurii de achizitie:					21457714/ ocds-b3wdp1-MD-1753092472022 din 13 august 2025			
Obiectul achizitiei:					Reagenți, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă, conform necesitatilor IMSP Centrul de Sanatate CAHUL			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standar de de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	331000-00-1	Lotul I: Specificații standard a reagenților,calibratorilorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific),Olanda, Nr.S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)						
1.1		ALT (TGP), set R (5 x 125 mL)	ALSL-0430	Franta	Elitech	ALT (TGP), set R (5 x 125 mL)	ALT (TGP), set R (5 x 125 mL)	ISO, CE
1.2		AST (TGO), set R (5 x 100 mL)	ASSL-0430	Franta	Elitech	AST (TGO), set R (5 x 100 mL)	AST (TGO), set R (5 x100 mL)	ISO, CE
1.3		Bilirubina totală, set BT R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	BITT-0600	Franta	Elitech	Bilirubina totală, set BT R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	Bilirubina totală, set BT R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	ISO, CE
1.4		Bilirubina directă, set BD R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	BITD-0600	Franta	Elitech	Bilirubina directă, set BD R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	Bilirubina directă, set BD R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	ISO, CE
1.5		Calciu Arsenazo, set R (2 x 125 mL), cu standard	CALA-0600	Franta	Elitech	Calciu Arsenazo, set R (2 x 125 mL), cu standard	Calciu Arsenazo, set R (2 x 125 mL), cu standard	ISO, CE
1.6		Creatinina PAP, set R1 (2 x 100 mL), R2 (1x70mL) cu standard	CRCO-0600	Franta	Elitech	Creatinina PAP, set R1 (2 x 100 mL), R2 (1x70mL) cu standard	Creatinina PAP, set R1 (2 x 100 mL), R2 (1x70mL) cu standard	ISO, CE
1.7		Gamma GT, set R (4 x 62,5 mL)	GISL-0420	Franta	Elitech	Gamma GT, set R (4 x 62,5 mL)	Gamma GT, set R (4 x 62,5 mL)	ISO, CE
1.8		Magneziu XB (Xylidyl), set R (2 x 100 mL), cu standard	MAGX-0230	Franta	Elitech	Magneziu XB (Xylidyl), set R (2 x 100 mL), cu standard	Magneziu XB (Xylidyl), set R (2 x 100 mL), cu standard	ISO, CE
1.9		Fosfataza alcalină (ALP), set R (4 x 62,5 mL)	PAPSL-0400	Franta	Elitech	Fosfataza alcalină (ALP), set R (4 x 62,5 mL)	Fosfataza alcalină (ALP), set R (4 x 62,5 mL)	ISO, CE
1.10		Proteina totală serum (Biuret), set R (2 x 125 mL), cu standard	PROB-0600	Franta	Elitech	Proteina totală serum (Biuret), set R (2 x 125 mL), cu standard	Proteina totală serum (Biuret), set R (2 x 125 mL), cu standard	ISO, CE
1.11		Trigliceride SL, set R (6 x 100 mL), cu standard	TGML	Franta	Elitech	Trigliceride SL, set R (6 x 100 mL), cu standard	Trigliceride SL, set R (6 x 100 mL), cu standard	ISO, CE
1.12		Amilaza SL, set R (2 x 50 mL)	AMSL-0390	Franta	Elitech	Amilaza SL, set R (2 x 50 mL)	Amilaza SL, set R (2 x 50 mL)	ISO, CE

1.13		Lipaza SL, set R1 (4 x 9,2 mL); R2 4 x 3,6 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	LPSL-0230	Franta	Elitech	Lipaza SL, set R1 (4 x 9,2 mL); R2 4 x 3,6 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	Lipaza SL, set R1 (4 x 9,2 mL); R2 4 x 3,6 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	ISO, CE
1.14		Glukoza PAP SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	GPSL-0507	Franta	Elitech	Glukoza PAP SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	Glukoza PAP SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	ISO, CE
1.15		Urea SL, set R1 (5 x 125 mL); R2 (1 x 127 mL), cu standard	URSL-0407	Franta	Elitech	Urea SL, set R1 (5 x 125 mL); R2 (1 x 127 mL), cu standard	Urea SL, set R1 (5 x 125 mL); R2 (1 x 127 mL), cu standard	ISO, CE
1.16		Colesterol SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	CHSL-0507	Franta	Elitech	Colesterol SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	Colesterol SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	ISO, CE
1.17		HDL colesterol, set R1 (240 mL); R2 (1 x 60 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	CHDL-0250	Franta	Elitech	HDL colesterol, set R1 (240 mL); R2 (1 x 60 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	HDL colesterol, set R1 (240 mL); R2 (1 x 60 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	ISO, CE
1.18		LDL colesterol, set R1 (11 mL); R2 (2 x 14 mL),cu calibrator inclus pentru fiecare set	CLDL-0250	Franta	Elitech	LDL colesterol, set R1 (11 mL); R2 (2 x 14 mL),cu calibrator inclus pentru fiecare set	LDL colesterol, set R1 (11 mL); R2 (2 x 14 mL),cu calibrator inclus pentru fiecare set	ISO, CE
1.19		Hemoglobina glicozilată (HbA1C) reagent, set R1 (1 x 24 mL); R2a (1 x 7,6 mL); R 2b (1 x 0,4 mL); R3 (4 x 25 mL)	HBAC-0240	Franta	Elitech	Hemoglobina glicozilată (HbA1C) reagent, set R1 (1 x 24 mL); R2a (1 x 7,6 mL); R 2b (1 x 0,4 mL); R3 (4 x 25 mL)	Hemoglobina glicozilată (HbA1C) reagent, set R1 (1 x 24 mL); R2a (1 x 7,6 mL); R 2b (1 x 0,4 mL); R3 (4 x 25 mL)	ISO, CE
1.20		Hemoglobina glicozilată (HbA1C) calibrator, set 4 nivele calibratori a câte 0,5 mL (4 x 0,5 mL)	HBAC-0043	Franta	Elitech	Hemoglobina glicozilată (HbA1C) calibrator, set 4 nivele calibratori a câte 0,5 mL (4 x 0,5 mL)	Hemoglobina glicozilată (HbA1C) calibrator, set 4 nivele calibratori a câte 0,5 mL (4 x 0,5 mL)	ISO, CE
1.21		Hemoglobina glicozilată HbA1C control, set nivel scăzut (L) și nivel patologic înalt (H), fiecare a câte 0,5 mL (2 x 0,5 mL)	HBAC-0049	Franta	Elitech	Hemoglobina glicozilată HbA1C control, set nivel scăzut (L) și nivel patologic înalt (H), fiecare a câte 0,5 mL (2 x 0,5 mL)	Hemoglobina glicozilată HbA1C control, set nivel scăzut (L) și nivel patologic înalt (H), fiecare a câte 0,5 mL (2 x 0,5 mL)	ISO, CE
1.22		Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L	SLSY-5905	Franta	Elitech	Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L	Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L	ISO, CE
1.23		Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5%	SLHC-5900	Franta	Elitech	Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5%	Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5%, volum 1L	ISO, CE
1.24		Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml	CALI-0550	Franta	Elitech	Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml	Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml	ISO, CE
1.25		Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml	CONT-0060	Franta	Elitech	Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml	Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml	ISO, CE
1.26		Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml	CONT-0160	Franta	Elitech	Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml	Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml	ISO, CE

		Nota: 1. Confirmam că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Confirmam prin acte de la producător proprietățile calitative produsului 3. Prezentam certificatul de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către compania noastră. Ambalajul reactivelor trebuie este compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie sunt înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și corespund cu setul de reagenți,(toate sunt de la același producător). 6. Seturile de reagenți vor fi păstrate până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai puțin de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate inclusiv și în limba de stat.						
5	33100000-1	LOTUL V. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)						
5.1		Anti HCV CAL,calibrator	6C3702	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti HCV CAL,calibrator	Anti HCV CAL,calibrator	ISO, CE
5.2		HBsAg Qual II calibrator	2G2201	Germania/Irlanda	ABBOTT	HBsAg Qual II calibrator	HBsAg Qual II calibrator	ISO, CE
5.3		Anti HBs CAL, calibrator	7C1803	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti HBs CAL, calibrator	Anti HBs CAL, calibrator	ISO, CE
5.4		Anti HBc II CAL, calibrator	8L4401	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti HBc II CAL, calibrator	Anti HBc II CAL, calibrator	ISO, CE
5.5		HBeAg CAL, calibrator	6C3201	Germania/Irlanda	ABBOTT	HBeAg CAL, calibrator	HBeAg CAL, calibrator	ISO, CE
5.6		Anti HBeAg CAL, calibrator	6C3401	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti HBeAg CAL, calibrator	Anti HBeAg CAL, calibrator	ISO, CE
5.7		Estradiol CAL, calibrator	7K7201	Germania/Irlanda	ABBOTT	Estradiol CAL, calibrator	Estradiol CAL, calibrator	ISO, CE
5.8		TSH RGT, 100 teste, reagent	7K6225	Germania/Irlanda	ABBOTT	TSH RGT, 100 teste, reagent	TSH RGT, 100 teste, reagent	ISO, CE
5.9		T4 total RGT, 100 teste, reagent	7K6627	Germania/Irlanda	ABBOTT	T4 total RGT, 100 teste, reagent	T4 total RGT, 100 teste, reagent	ISO, CE
5.10		T3 total CAL,calibrator	7K6402	Germania/Irlanda	ABBOTT	T3 total CAL,calibrator	T3 total CAL,calibrator	ISO, CE
5.11		Anti-TPO RGT, 100 teste, reagent	2K4725	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti-TPO RGT, 100 teste, reagent	Anti-TPO RGT, 100 teste, reagent	ISO, CE
5.12		Anti-TPO CAL, calibrator	2K4701	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti-TPO CAL, calibrator	Anti-TPO CAL, calibrator	ISO, CE
5.13		Anti-TG CAL, calibrator	2K4601	Germania/Irlanda	ABBOTT	Anti-TG CAL, calibrator	Anti-TG CAL, calibrator	ISO, CE

5.14		LH CAL, calibrator	2P4001	Germania/Irlanda	ABBOTT	LH CAL, calibrator	LH CAL, calibrator	ISO, CE
5.15		FSH CAL, calibrator	7K7501	Germania/Irlanda	ABBOTT	FSH CAL, calibrator	FSH CAL, calibrator	ISO, CE
5.16		Prolactina CAL, calibrator	7K7601	Germania/Irlanda	ABBOTT	Prolactina CAL, calibrator	Prolactina CAL, calibrator	ISO, CE
5.17		Testosteron CAL,calibrator	2P1301	Germania/Irlanda	ABBOTT	Testosteron CAL,calibrator	Testosteron CAL,calibrator	ISO, CE
5.18		Progesteron CAL,calibrator	7K7601	Germania/Irlanda	ABBOTT	Progesteron CAL,calibrator	Progesteron CAL,calibrator	ISO, CE
5.19		PSA total RGT, 100 teste, reagent	7K7025	Germania/Irlanda	ABBOTT	PSA total RGT, 100 teste, reagent	PSA total RGT, 100 teste, reagent	ISO, CE
5.20		PSA total CAL, calibrator	7K7001	Germania/Irlanda	ABBOTT	PSA total CAL, calibrator	PSA total CAL, calibrator	ISO, CE
5.21		Insulina CAL,calibrator	8K4103	Germania/Irlanda	ABBOTT	Insulina CAL,calibrator	Insulina CAL,calibrator	ISO, CE
5.22		AFP 3 CAL, calibrator	3P3601	Germania/Irlanda	ABBOTT	AFP 3 CAL, calibrator	AFP 3 CAL, calibrator	ISO, CE
5.23		CEA 2 CAL, calibrator	7K6802	Germania/Irlanda	ABBOTT	CEA 2 CAL, calibrator	CEA 2 CAL, calibrator	ISO, CE
5.24		CA 125 CAL,calibrator	2K4502	Germania/Irlanda	ABBOTT	CA 125 CAL,calibrator	CA 125 CAL,calibrator	ISO, CE
5.25		CA 15-3 CAL,calibrator	2K4402	Germania/Irlanda	ABBOTT	CA 15-3 CAL,calibrator	CA 15-3 CAL,calibrator	ISO, CE
5.26		CA 19-9 CAL, calibrator	2K9103	Germania/Irlanda	ABBOTT	CA 19-9 CAL, calibrator	CA 19-9 CAL, calibrator	ISO, CE
5.27		Vitamina B12 CAL, calibrator	7K6101	Germania/Irlanda	ABBOTT	Vitamina B12 CAL, calibrator	Vitamina B12 CAL, calibrator	ISO, CE
5.28		Acid folic (Folate) CAL, calibrator	1P7401	Germania/Irlanda	ABBOTT	Acid folic (Folate) CAL, calibrator	Acid folic (Folate) CAL, calibrator	ISO, CE
5.29		Feritina RGT, 100 teste	7K5925	Germania/Irlanda	ABBOTT	Feritina RGT, 100 teste	Feritina RGT, 100 teste	ISO, CE
5.30		Feritina CAL, calibrator	7K5901	Germania/Irlanda	ABBOTT	Feritina CAL, calibrator	Feritina CAL, calibrator	ISO, CE
5.31		Trigger soluție 4 x 975 mL	6C5563	Germania/Irlanda	ABBOTT	Trigger soluție 4 x 975 mL	Trigger soluție 4 x 975 mL	ISO, CE

5.32		Pre-Trigger soluție 4 x 975 mL	6E2368	Germania/Irlanda	ABBOTT	Pre-Trigger soluție 4 x 975 mL	Pre-Trigger soluție 4 x 975 mL	ISO, CE
5.33		Con Wash Buff 4 x 975 mL	6C5458	Germania/Irlanda	ABBOTT	Con Wash Buff 4 x 975 mL	Con Wash Buff 4 x 975 mL	ISO, CE
5.34		Probe Conditioner 4 x 25 mL	1L5640	Germania/Irlanda	ABBOTT	Probe Conditioner 4 x 25 mL	Probe Conditioner 4 x 25 mL	ISO, CE
5.35		Multichem IA Plus (Multichemistry Immunoassay Control) Tri-level Material de control tri-level 3 x 4 x 5 mL	5P7610	Germania/Irlanda	ABBOTT	Multichem IA Plus (Multichemistry Immunoassay Control) Tri-level Material de control tri-level 3 x 4 x 5 mL	Multichem IA Plus (Multichemistry Immunoassay Control) Tri-level Material de control tri-level 3 x 4 x 5 mL	ISO, CE
		Nota: 1. Confirmam că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Confirmam prin certificate de la producător proprietățile calitative produsului 3. Vom prezenta de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator va fi efectuată de către compania noastră. Ambalajul reactivelor este compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii și materialele de calibrare vor fi înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și vor corespunde cu setul de reagenți,(va fi de la același producător). 6. Reagenții, seturile de reagenți vor fi păstrate până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai puțin de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.						
7	331000-00-1	Lot VII. Specificații standard pentru reagenți privind investigații hematologice (cerințe generale în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
7.1		Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	Toliclon anti A	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj 100 doze – 10 ml)	ISO
7.2		Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Toliclon anti B	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
7.3		Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Toliclon anti AB	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
7.4		Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Toliclon anti D super	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
		Nota: Toți reagenții și materialele consumabile sunt ambalate de către producător.						
9	331000-00-1	LOTUL IX. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru investigații imuno-diagnostice ELISA pentru Linia imunologică Semiautomată tip STAT FAX 4700, producător Awareness Technology Bio Tek Instruments (SUA), (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)						
9.1		Leptina,microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	EIA-2395	Germania	DRG	Leptina,microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	Leptina,microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.2		IgE total, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	2525-300A	SUA	MONOBIND	IgE total, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	IgE total, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori incluși în set, ELISA	ISO, CE

9.3		IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1), microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	EIA-6086	Germania	DRG	IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1), microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1), microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.4		CMV (Cytomegalovirus) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	CMVM.CE	Italia	DIA PRO	CMV (Cytomegalovirus) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	CMV (Cytomegalovirus) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.5		Epstein-Barr Virus (VCA) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	EBVM0150	Germania	NOVATEC	Epstein-Barr Virus (VCA) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	Epstein-Barr Virus (VCA) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.6		Anti-Toxoplasma gondii IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	TOXOM.CE	Italia	DIA PRO	Anti-Toxoplasma gondii IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	Anti-Toxoplasma gondii IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.7		Anti-Toxoplasma gondii IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	TOXOG.CE	Italia	DIA PRO	Anti-Toxoplasma gondii IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	Anti-Toxoplasma gondii IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO, CE
9.8		Anti-Toxocara canis IgG, 96 teste	TOCG0450	Germania	NOVATEC	Anti-Toxocara canis IgG, 96 teste	Anti-Toxocara canis IgG, 96 teste	ISO, CE
9.9		Anti-Ascaris lumbricoides IgG, 96 teste	ASCG0020	Germania	NOVATEC	Anti-Ascaris lumbricoides IgG, 96 teste	Anti-Ascaris lumbricoides IgG, 96 teste	ISO, CE
9.10		Anti-Lambliia giardia/intestinalis IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	D-3552	Rusia	Vector Best	Anti-Lambliia giardia/intestinalis IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	Anti-Lambliia giardia/intestinalis IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	ISO
9.11		Multi Ligand Control Tri Level pentru investigații imunologice (ser liofilizat) Control imunologic liofilizat Multi Ligand Tri Level (3 nivele), 1 set = 6 fl x 3 mL	ML-300B	SUA	MONOBIND	Multi Ligand Control Tri Level pentru investigații imunologice (ser liofilizat) Control imunologic liofilizat Multi Ligand Tri Level (3 nivele), 1 set = 6 fl x 3 mL	Multi Ligand Control Tri Level pentru investigații imunologice (ser liofilizat) Control imunologic liofilizat Multi Ligand Tri Level (3 nivele), 1 set = 6 fl x 3 mL	ISO, CE
		Nota: 1. Confirmam că dispozitivele au fost produse în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Confirmam prin certificate de la producător confirmarea proprietăților calitative produsului 3. Confirmam prin certificate compatibilitatea a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Confirmam prin certificate de training ale inginerilor ca suntem autorizati de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb. 5. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat. 6. Adaptarea, calibrarea metodelor va fi efectuată de către compania noastră, care suporta toate riscurile și cheltuielile aferente. AMBALAJUL ESTE COMPATIBIL CU APARATUL. 7. Calibratorii și materialele de calibrare vor fi înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și corespund cu setul de reagenți, (sunt de la același producător). Vom demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăperea dotată cu echipament specific). 8. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va nu mai puțin de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate inclusiv și în limba de stat.						

Numele, Prenumele: Tudor Ceacovschi

In calitate de: Director

Ofertantul "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2