



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 102-1481 din "12" 04 2019

GBG-MLD SRL

office@gbg.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550735606746** din 29.03.2019 privind " *Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) pentru anul 2019* ", Vă comunică că conform **deciziei din 12.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.6 *Balon „cutting” spiral*

S-a propus balon non compliant care are cu totul alta structura, decât produsul solicitat de beneficiar.

Lotul nr.16 *Microcateter dublu lumen*

S-a solicitat virf conic atraumatic, s-a oferit vârful drept.

Lotul nr.17 *Set introducător pentru puncție arterială radială cu pereți subțiri*

A fost prezentat un produs diferit de cel utilizat în cardiologia intervențională care nu corespunde inclusiv după parametrii diametrului extern intern.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru lotul mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci