

	Specificații tehnice (F4.1)							
						din 16.08.2021		
Numărul licitației: 21042880								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Piese pentru utilaj medical Conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 4						
		Lot 4//Sondă USG convexă	C362	China	SonoScape Medical Corp.	Sondă USG convexă compatibilă cu ultrasonograful SSI-8000 Sonoscape, cod de referință C362, diapason frecvență 2.0-6.0 MHz, raza 60 mm, cu certificate metrologic. Garanția minimă – 24 luni.	Sondă USG convexă compatibilă cu ultrasonograful SSI-8000 diapason frecvență 2.0-6.0 MHz, raza 60 mm, Frecvența centrală: 3,5 MHz Câmp vizual: 70 ° cu certificate metrologic. Garanția – 24 luni.	CE
		Total lot 4						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23